

**PREGÃO PRESENCIAL TIPO MENOR PREÇO Nº 038/2015**

**PROCESSOS Nº 0672/2016**

**Objeto:** aquisição de 03 (Três) Ventiladores Mecânico Pulmonar Eletrônico (“Equipamentos”).

**Assunto:** Pedido de Esclarecimento

A **DRÄGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.**, CNPJ n.º **02.535.707/0001-28**, na condição de interessada em participar do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2015**, vem pela presente, solicitar **ESCLARECIMENTO** acerca das especificações dos **ITEM 01 – Ventilador Mecânico Adulto/Pediátrico e Neonatal** exigidas no **“ANEXO I”** do edital, o quanto segue:

**(I) - O edital solicita :**

*“Realização de nebulização por tecnologia de **microbomba eletrônica** com conjunto que permita aplicação de medicamento diretamente no circuito respiratório sem vazamentos”*

Prezados Senhores, para melhor esclarecimento e para que não restem dúvidas gostaríamos de saber se serão aceitos nesta licitação os equipamentos com “Realização de nebulização por tecnologia de **microbomba eletrônica e pneumática interna** ao equipamento” ?

Diante de todo exposto, visando à ampliação da disputa entre os interessados, e ainda, a fim de se aumentar a competitividade, pressuposto da licitação, de se atingir o melhor benefício possível para a administração e para os pacientes, fim último de todo processo licitatório, requeremos que o questionamento, acima apresentado, seja esclarecido.

**RESPOSTA:**

***“Informamos que serão aceitos equipamentos que realizem nebulização com tecnologia alternativa a de microbomba eletrônica, desde que o equipamento permita a aplicação de medicamento diretamente no circuito respiratório sem vazamentos. ”***