



Esclarecimento referente ao Processo 0031/17 PP 111/16.

Respostas aos questionamentos realizados pela empresa BIOTRONIK.

Questionamento nº 01 - O entendimento está correto.

Questionamento nº 02 - Há a necessidade de, no caso, catálogo.

Questionamento nº 03 – O comprimento apresentado deverá ser de **8MM**, conforme o solicitado no descritivo do edital.

Questionamentos de nº 04 a 15 – Recobrimento **hidrofóbico**, não atende ao descritivo do edital, que solicita recobrimento **hidrofílico**.

São Paulo, 16 de março de 2017

Equipe Técnica Serv. Hemodinâmica – InCor – HCFMUSP.