



Processo nº 0714/2020 - Pregão Presencial nº 016/2020

Aquisição de 03 (três) Freezers Vertical e 03 (três) Câmeras de Conservação de Hemoderivados, conforme Emenda Parlamentar Benito Gama – Convênio 888504/2019 para o Instituto do Coração – HCFMUSP.

Pedido de esclarecimento

Empresa Coldlab

- 1- Os itens 01 e 02 possuem calibração rastreável RBC?
- 2- Quais tipos de qualificações deverão ser realizadas nos equipamentos?
- 3- Serão necessárias a qualificação térmica dos equipamentos?
- 4- A calibração RBC rastreável se exigida, deverá ser realizada de fábrica?
- 5- Se for exigido qualificação térmica, deverá ser realizada na fábrica ou na Fundação Zerbini?

Lembrando que os questionamentos acima são referentes aos itens 01 e 02.

Resposta:

"O edital não menciona qualificação térmica pois trata-se de um serviço contratado a parte e não previsto na licitação."

Equipe Técnica InCor