



PERGUNTAS e RESPOSTAS

Processo: 004/2020 - Pregão Presencial nº 004/2020.

Objeto: Aquisição de 01 (Hum) Aparelho de Raio-X Fixo Digital, conforme Emenda Parlamentar José Serra - Convênio 886290/2019 para o Instituto do Coração – HCFMUSP.

PERGUNTA

À
FUNDAÇÃO ZERBINI
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL TIPO MENOR PREÇO Nº 004/2020
PROCESSO Nº 004/2020

Assunto: Pedido de Esclarecimento

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO

A **AGFA HEALTHCARE BRASIL IMPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ n.º 09.032.626/0002-35, sediada na Rua José Sanches Marin, 700 BLOCOS 55,65 e 75 - CEP: 08616-770 – Suzano/SP vem, respeitosamente, formalizar PEDIDO DE ESCLARECIMENTO, nos termos da Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 10.024/2019, e das razões abaixo:

Ao analisarmos o descritivo Anexo I Memorial Descritivo, notamos que faz-se necessária a apresentação de esclarecimento, visando assegurar a possibilidade de participação e a isonomia entre as propostas licitantes, nos tópicos a saber:

Esclarecimento 1:

Com relação a Técnica de exposição mínima de 1 a 800mAs:

Solicitamos esclarecer sobre a possibilidade de considerar Técnica de exposição mínima de “**1 a 625mAs**”.

Desde já agradecemos pela atenção e aguardamos pronunciamento.

Atenciosamente,

VANESSA BASTOS DA SILVA SOUZA

RESPOSTA:

Prezada Vanessa, boa tarde!

Segue resposta da Equipe Técnica responsável pelos referidos processos de RAIIO-X FIXOS DIGITAIS, a saber:

"a redução da técnica de exposição configura expressiva redução no objeto a ser licitado, portanto, não serão realizados ajuste no edital. Solicitamos à empresa seguir conforme especificação constante no memorial descritivo do edital."

Att.:

Equipe Técnica InCor.

Obs.: **PERGUNTA** – AGFA HEALTHCARE BRASIL IMP. E SERVIÇOS LTDA

RESPOSTA – EQUIPE TÉCNICA