



PERGUNTAS e RESPOSTAS

PROC. 1480/2017 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 206/2017

Objeto: Materiais de uso Técnico-hospitalar para tratamento dos pacientes internados no Instituto do Coração - HCFMUSP.

Pergunta: No Anexo I do Edital está descrito: **ITEM COMPOSTO 7**

Subitem 1

0405622/1 – 64070241 - STENT VASCULAR EXPANSIVEL POR BALÃO EM LIGA METÁLICA, COM 6 MM DE DIÂMETRO E 12 A 60 MM DE COMPRIMENTO, PRÉ MONTADO EM SISTEMA DE ESTREGA EM CATETER-BALÃO COMPLACENTE DE 90 A 150 CM DE COMPRIMENTO. ESTÉRIL, APIROGÊNICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, N. DO LOTE E REGISTRO NA ANVISA CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE

Subitem 2

0405621/1 – 64070225 - STENT VASCULAR EXPANSIVEL POR BALÃO EM LIGA METÁLICA, COM 5 MM DE DIÂMETRO E 12 A 60 MM DE COMPRIMENTO, PRÉ MONTADO EM SISTEMA DE ESTREGA EM CATETER-BALÃO COMPLACENTE DE 90 A 150 CM DE COMPRIMENTO. ESTÉRIL, APIROGÊNICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, N. DO LOTE E REGISTRO NA ANVISA E CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE

Subitem 3

0405623/1 – 64070217 - STENT VASCULAR EXPANSIVEL POR BALÃO EM LIGA METÁLICA, COM 7 MM DE DIÂMETRO E 12 A 60 MM DE COMPRIMENTO, PRÉ MONTADO EM SISTEMA DE ESTREGA EM CATETER-BALÃO COMPLACENTE DE 90 A 150 CM DE COMPRIMENTO. ESTÉRIL, APIROGÊNICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, N. DO LOTE E REGISTRO NA ANVISA CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE

OCORRE QUE OS ITENS NÃO INFORMAM DE QUAL FIO GUIA É NECESSÁRIO PARA O PROCEDIMENTO, COM, POR EXEMPLO, “FIO GUIA 0.18 OU 0.35”, SE SÃO DE PROCEDIMENTO PERIFÉRICO OU IAS RENAI

Resposta: OS STENTS VASCULARES SERÃO UTILIZADOS PARA O TRATAMENTO DE ARTÉRIA RENAL, PORTANTO O FIO GUIA UTILIZADO PODERÁ SER: 0,014, 0,016 OU 0,018.

Pergunta:

Sandra dos Santos Felix

Boston Scientific do Brasil Ltda

Resposta:

Equipe Técnica
FUNDAÇÃO ZERBINI
INSTITUTO DO CORAÇÃO – (SP)