



PERGUNTAS e RESPOSTAS

PROC. 1231/2017 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017

Objeto: Aquisição de 02 (dois) Ultrassom com Doppler Colorido (para veias e artérias).

Pergunta: 1.a. Equipamento não deve **ultrapassar 5 Kg com** transdutor e bateria instalados;

Podemos ofertar um produto com **peso de 5,4 Kg** com transdutor e bateria instalado?

Resposta: Serão aceitos equipamentos com peso de até 5,5Kg.

2.a. Saída de vídeo composto **conector RCA padrão NTSC/PAL para conexões de vídeo-printer ou gravador de vídeo;**

Resposta: Serão aceitos equipamentos com saída HDMI opcionalmente a saída de vídeo composto.

3.a. Bateria de íons de lítio com autonomia de, no mínimo 2h;

Resposta: Serão aceitos equipamentos com bateria externa complementar a bateria interna do equipamento, porém a mesma deverá vir incorporada ao equipamento de modo a não necessitar de intervenção do usuário para que a mesma seja utilizada.

Pergunta:

Amanda Barbieri Marques - GE Healthcare

T 55 11 3067-8116 / F 55 11 3067-8152

E-mail: amanda.marques@ge.com

Av. Magalhães de Castro, 4.800 - São Paulo (SP)

Respostas:

Equipe Técnica

FUNDAÇÃO ZERBINI

INSTITUTO DO CORAÇÃO – (SP).