

PERGUNTAS e RESPOSTAS


PROC. 2316/2016 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2017

Objeto: Carro de Medicação Beira Leito.

Pergunta 1 - Analisando seu Edital nos surgiu uma dúvida na especificação técnica!

No item: "As dimensões do carro devem ser de aproximadamente 500mm de largura, 460mm de profundidade e 1000mm de altura!"

Dúvida: a dimensão da largura de 500 mm se refere ao tamanho total do carro considerando os acessórios(B) ou sem eles (A) ?



Resposta: A dimensão da largura do carro deve corresponder a aproximadamente 500 mm (sem os acessórios), conforme ilustrado abaixo (medida C).

Perguntas:

Anderson G. Domingues

PSICOBBOX - Fone: (15) 3243-8700

Respostas:

Equipe Técnica

FUNDAÇÃO ZERBINI

INSTITUTO DO CORAÇÃO – (SP)