

Pergunta-se:

- a. *É correto o entendimento de que a solicitação do item composto 3 subitem 2 - do anexo I, CABO CONECTOR INTERFACE GERADOR DE RADIOFREQUENCIA E CATETER TERAPEUTICO PARA MAPEAMENTO ELETROANATOMICO COM PONTA 3,5 OU 4.0MM IRRIGADO, COM 25 PINOS NA EXTREMIDADE PROXIMAL E 34 NA EXTREMIDADE DISTAL, E PELO MENOS 2,5 METROS DE COMPRIMENTO, CONFECCIONADO EM MATERIAL METALICO, RECOBERTO COM POLIMERO PLASTICO, ESTERIL, AUTOCLAVAVEL. EMBALAGEM UNITARIACONTENDO NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, MARCA COMERCIAL, PROCEDENCIA, PRAZO DE VALIDADE E ESTERILIZAÇÃO, REGISTRO ANVISA - MEMORIAL DESCRITIVO, do Anexo I do presente edital de pregão 025/2018 . Ou seja, que No descritivo do composto 3 do subitem 2 pede-se 2 itens: **Conector e Cateter?***
- b. *Podemos entender que o item é apenas para o **CONECTOR**, já que o **CATETER** está citado no subitem 3, material superior ao solicitado em edital?*
- c. *É correto o entendimento que o descritivo do composto 3 do subitem 2 do Anexo I do pregão deve ser interpretado, como forma de ampliar a competitividade do certame e permitir ampla participação do mercado no pregão, na forma estabelecida pelo §1º, do Art. 3º, da Lei Federal 8.666/93 conforme segue:*

CABO CONECTOR PARA CATETER TERAPÊUTICO DE ABLAÇÃO PARA MAPEAMENTO ELETROANATOMICO QUE OFEREÇA UM MEIO DE SE EXECUTAR UMA INTERFACE ENTRE O CATETER ELETROFISIOLÓGICO E O EQUIPAMENTO APROPRIADO DE ESTIMULAÇÃO E /OU MONITORIZAÇÃO. UTILIZADO TAMBÉM COMO FIO DE EXTENSÃO P/ FACILITAR A LIGAÇÃO DO CATETER AO EQUIPAMENTO LOCALIZADO FORA DA ÁREA IMEDIATA DE USO. CONFECCIONADO EM MATERIAIS METÁLICOS, RECOBERTOS COM POLÍMERO PLÁSTICO, AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM UNITARIA QUE PERMITA ABERTURA ASSEPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO NA ANVISA MS.MEMORIAL DESCRITIVO.

Resposta da Equipe Técnica:

Em atenção ao Pedido de Esclarecimento da empresa Johnson & Johnson do Brasil Ind. e Com. de Prod. para Saúde Ltda, informamos que:

- 1- O descritivo do item composto 3 subitem 2, trata-se apenas do CONECTOR (CABO CONECTOR). O subitem 3 trata-se do cateter.
- 2- Quanto ao descritivo, informamos que não será acatada a sugestão enviada, pois com este mesmo descritivo, foi realizada a **retomada de etapa** do pregão 1337/2019 no dia 12/06/2019, que hora está em fase de homologação. Podemos ajustar o descritivo na ocasião que for abrir o próximo processo de registro de preço (2020).