



Pedido de esclarecimento

Processo nº 2989/19 - Pregão Presencial nº 029/2019.

Aquisição de 10 (dez) Cardioversores, conforme Emenda Parlamentar Arnaldo Faria de Sá - Convênio 883394/2019 para o Instituto do Coração - HCFMUSP.

Empresa Philips

Será aceito equipamento sem Feedback de RCP, porém com todos os outros itens solicitados em edital, salientando IP54, pás adesivas adulto e infantil única, bateria de longa duração entre outros?

Resposta InCor: Considerando que o Feedback de RCP é uma tecnologia que já é amplamente difundida e fornecida por diversos fornecedores do mercado, é imprescindível que o equipamento possua tal tecnologia, portanto, a empresa deverá seguir conforme solicitado em edital.

O edital solicita "01 sensor de oximetria e extensor adulto reutilizável mínimo 2,0m"
Questiona-se: Nosso sensor de oximetria adulto possui cabo de 3,0m, será aceito apenas o sensor sem a oferta do cabo extensor?

Resposta InCor: Se comprimento do cabo de oximetria possuir a metragem exigida no cabo extensor, entendemos que o mesmo atende o edital.

Equipe Técnica InCor.