



Pedido de esclarecimentos

Processo: 1798/2020 - Pregão Presencial nº 021/2020.

Objeto: Aquisição de Estações de Telemedicina, conforme Projeto: 2007 - Portaria 1.448 Incremento SUS - Covid-19 para o Instituto do Coração - HCFMUSP.

Empresa Imagem

TERMO DE REFERÊNCIA

EXIGE – SE:

ESCLARECER:

Gostaríamos de solicitar esclarecimento referente ao tipo de monitor solicitado em edital. Estações de telemedicina DEVEM possuir monitores grau médico, ou seja, DICOM, com registro ANVISA. Os monitores Dell P2219H, são monitores comuns, o que vai contra a RDC330 ANVISA de 2019.

Diante dos fatos argumentados acima, é imprescindível a alteração no descritivo do edital.

IV – DO PEDIDO

Diante de todo o exposto, de modo a possibilitar a obtenção de produtos que efetivamente atendam às necessidades do Poder Público, no que se refere ao item supramencionado, requer sejam esclarecidas as dúvidas acima pontuadas, como medida da mais legítima justiça. Termos em que, pede deferimento.

RESPOSTA:

1) Estas estão não serão para diagnostico de imagens medicas, serão estações de teleconferência, então os monitores são monitores comuns e não monitores de visualização de imagem Dicom para diagnostico.