



## PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

**Processo nº 0691/2021 - Pregão Presencial nº 008/2021.**

Aquisição de 01 (Hum) Lavadora Termodesinfectora, conforme Emenda Parlamentar Orlando Silva - Convênio 904779/2020 para o Instituto do Coração - HCFMUSP.

### **EMPRESA GETINGE**

A Getinge do Brasil Equipamentos Médicos Ltda. vem, através desse e-mail, solicitar esclarecimentos para fins de participação no item 01 – Lavadora Termodesinfectora. Após a resposta deste pedido, verificaremos a possibilidade de participar com outro modelo de lavadora.

- O edital solicita: Possui estrutura e acabamento em aço inoxidável AISI 304L.

A termodesinfectora Getinge 46-4 possui estrutura confeccionada em aço pintado resistente à corrosão e acabamento em painéis de aço inoxidável AISI 304.

**Resposta: Tendo em vista o uso pretendido do equipamento, é essencial que toda a estrutura seja confeccionada em aço inox para evitar corrosão e oxidação. Solicitamos seguir conforme edital.**

- O edital solicita: Dimensões externas máximas: 600x630x840 mm (LxPxA) – Com porta fechada  
A termodesinfectora Getinge 46-4 apresenta as seguintes dimensões externas: 650 x 690 x 1.860 mm (L x P x A), com porta fechada.

**Resposta: O equipamento ofertado possui dimensões fora do limite aceitável pois há restrição de espaço no local e o equipamento deverá montado em cima de uma bancada. Solicitamos seguir conforme edital.**

- O edital solicita: Consumo máximo de água/fase – 12 L.  
A termodesinfectora Getinge 46-4 consome, aproximadamente, 18–19 litros de água por fase.

**Resposta: O consumo de água do equipamento é expressivamente superior ao solicitado. Solicitamos seguir conforme edital.**

- O edital solicita: Peso máximo: 90 Kg.  
A termodesinfectora Getinge 46-4 apresenta, aproximadamente, 304 kg, incluindo água e carga.

**Resposta: O peso do equipamento é expressivamente superior ao solicitado. Solicitamos seguir conforme edital.**



- O edital solicita: 01 sistema de pré-filtragem de água de alimentação composto por 03 carcaças de polipropileno transparente 20 pol. x 2 ½ pol. com conexões ¾ pol. e suporte de montagem em parede. 01 filtro de polipropileno liso 20 micra 20 pol. 01 filtro de carvão ativado 5 micra 20 pol. 01 filtro de polipropileno liso 5 micra 20 pol. O portfólio Getinge não dispõe de acessório semelhante a esse disponível para a termodesinfectora Getinge 46-4.

Resposta: O sistema de pré-filtragem pode ser encontrado facilmente no mercado local, sendo comercializado por diversas empresas especializadas em tratamento de água. Para otimizar o espaço de instalação, poderão se ofertados carcaças e filtros com altura de 10 pol.

Diante de todo exposto, visando à ampliação da disputa entre os interessados, e ainda, a fim de se aumentar a competitividade, pressuposto da licitação, de se atingir o melhor benefício possível para a administração e para os pacientes, fim último de todo processo licitatório, requeremos que a sugestão de alteração, acima apresentada, seja acolhida.

Certos da especial atenção no assunto, agradecemos antecipadamente e aguardamos breve retorno.