



PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Processo nº 0691/2021 - Pregão Presencial nº 008/2021.

Aquisição de 01 (Hum) Lavadora Termodesinfectora, conforme Emenda Parlamentar Orlando Silva - Convênio 904779/2020 para o Instituto do Coração - HCFMUSP.

EMPRESA GETINGE

A Getinge do Brasil Equipamentos Médicos Ltda. vem, através desse e-mail, solicitar esclarecimentos para fins de participação no item 01 – Lavadora Termodesinfectora:

O produto Getinge que melhor se enquadra na descrição técnica desse processo está com anúncio de descontinuação ao final de 2021. A fábrica aceitará novos pedidos de produção até 31/12/2021. A disponibilidade de peças e assistência técnica permanece por 10 (dez) anos após a data de descontinuação. Ou seja, peças e assistência técnica até 31/12/2031.

Por favor, podem informar se podemos participar com o modelo do equipamento nessas condições?

RESPOSTA:

"Tendo em vista a proximidade da descontinuidade do produto, e que tratando-se de recurso oriundo de convênio com o Ministério da Saúde é necessário um prazo considerável para conclusão de todo o processo, a instituição correrá o risco de receber o equipamento já descontinuado. Isso posto, informamos que não aceitaremos equipamentos que possuem data de descontinuidade tão próxima."

Equipe técnica InCor.

19/05/2021