



Pedido de esclarecimento

Processo nº 0594/2021 - Pregão Presencial nº 007/2021.

Aquisição de Central de Telemetria, conforme Emenda Parlamentar Ivan Valente - Convênio 898137/2020, e Tiririca - Convênio 900771/2020 para o Instituto do Coração - HCFMUSP.

Empresa: Mindray

Questionamento:

Misturador com controle eletrônico e monitoração direto da tela principal (ajuste em 2 etapas: parâmetro e confirmação através de botão rotatório);

O que vocês estão solicitando seria um duplo controle pra ajuste dos fluxos não necessariamente através de botão giratório? O equipamento da Mindray possui duas formas de ajustes, um através dos botões mecânicos é possível ajustar os gases e monitorar os valores direto na tela do equipamento, mantendo a segurança do valor ajustado. E também possibilita ajuste dos gases, em duas etapas pela própria tela, entrando na interface do menu e configurando o valor do fluxo através de um painel numérico e confirmando através do botão aceitar, no caso seria o mesma função do botão giratório.

Resposta: Conforme texto do edital, o misturador deve ser eletrônico, com ajuste através de botão giratório. No mesmo botão deve-se permitir a seleção do parâmetro e também o ajuste do mesmo. No caso acima, o ajuste é feito de forma mecânica sendo um botão para cada gás, portanto a empresa deverá seguir conforme edital publicado.

Equipe Técnica InCor.

10/05/2021