



PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

Processos: 0664/2021 e 0791/2021 - Pregão Presencial nº 010/2021.

Objeto: Aquisição de 06 (Seis) Aparelhos de Raio-X, conforme Emendas Parlamentares Celso Russomano - Convênio 904783/2020, Major Olímpio - Convênio 898733/2020, Rui Falcão - Convênio 898729/2020, Heráclito Fortes - Convênio 858382/2014 e Celso Russomano - Convênio 898734/2020 para o Instituto do Coração - HCFMUSP.

EMPRESA AGFA

PERGUNTA:

Esclarecimento 1

Onde se lê: Faixa de variação de mAs: 0,5mAs a 300mAs ou maior em 50 passos ou mais:

Sugerimos considerar: Faixa de variação de mAs: 0,3 mAs a 220mAs ou maior em 50 passos ou mais

RESPOSTA:

"Esclarecimento 1

Onde se lê: Faixa de variação de mAs: 0,5mAs a 300mAs ou maior em 50 passos ou mais:

Sugerimos considerar: Faixa de variação de mAs: 0,3 mAs a 220mAs ou maior em 50 passos ou mais

Resposta: Aceitaremos equipamentos com faixa de mAs de 0,5 a 220mAs ou maior em 50 passos ou mais. Todas as outras características técnicas devem ser atendidas em sua totalidade."