



PERGUNTA e RESPOSTA

Processo: 0663/2021 - **Pregão Presencial nº** 013/2021.

Objeto: Aquisição de Sistema de Vídeo Cirurgia, conforme Emenda Parlamentar Acir Gurgacz - Convênio 899018/2020 para o Instituto do Coração – HCFMUSP.

À

FUNDAÇÃO ZERBINI

At.: Sr. (a) Pregoeiro e Equipe de Apoio. REF: Pregão Presencial: 013/2021

Processo: 0663/2021

Data de Abertura: 09/06/2021 as 09h30

Objeto: Aquisição de Sistema de Vídeo Cirurgia, conforme especificação constante no Memorial Descritivo do Anexo I (“Equipamento” / “Equipamentos”), para ser utilizado no Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, localizado na Avenida Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, nº 44, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo (“InCor-HCFMUSP”), e de acordo com as demais condições constantes neste Edital e seus demais Anexos.

SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO

E TAMUSSINO E CIA LTDA., estabelecida na Rua Jose Bianchi, 555, Andar 19 Sala 190519061907, Bairro: Nova Ribeirania – CEP: 14.096-730, Ribeirão Preto/SP, inscrita no CNPJ sob o n.º 33.100.082/0012-58, Inscrição Estadual: 797.502.670.112, Inscrição Municipal: 20116375, e-mail: bruna.vieira@crlicitar.com.br, telefone: (11) 91098-2128, por intermedio de seu procurador abaixo assinado, interessada em participar do processo licitatório supra citado, vem tempestivamente solicitar esclarecimento conforme segue:

O edital pede: “Fonte de iluminação com potência compatível a 300 watts.” Esclarecimento: O edital não sugere o tipo de fonte de iluminação. O produto que pretendemos ofertar é uma fonte LED de 180W, que por se tratar de uma tecnologia LED, possui uma capacidade de iluminação totalmente compatível com uma fonte Xenom de 300W, fornecendo a iluminação adequada para todos os procedimentos de laparoscopia e ainda possui diversos benefícios, como: Maior tempo de vida útil, menor consumo de energia, menor geração de calor e entre outros.

Desta forma, gostaríamos de saber, será considerado potência 300 watts citada no edital com fonte LED de 180 watts?

Resposta: "As características da potência da fonte deverão seguir conforme exposto em edital".

Obs.: **PERGUNTA – E. TAMUSSINO & CIA LTDA**

RESPOSTA – EQUIPE TÉCNICA INCOR