



PERGUNTAS e RESPOSTAS TÉCNICAS

Processo: 0383/2021 - Pregão Presencial nº 001/2021.

Objeto: Aquisição de Aparelhos de Ultrassom com Doppler Colorido, conforme Emendas Parlamentares Alexandre Padilha - Convênio 898135/2020 e Roberto Alves – Convênio 898730/2020 para o Instituto do Coração – HCFMUSP.

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA FUNDAÇÃO ZERBINI - ESTADO DE SÃO PAULO

Assunto: Pedido de Esclarecimento

PREGÃO PRESENCIAL 001/2021

PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA., CNPJ sob o n.º 58.295.213/0021-11, sediada na Rua Otto Salgado, 250 - CEP: 37066-440 - Ind. Cláudio Galvão, Varginha – MG, por ser sociedade distribuidora e fabricante de equipamentos médico-hospitalares, exigidos nos autos deste Processo, tipo menor preço, vem, respeitosamente, formalizar PEDIDO DE ESCLARECIMENTO, nos termos das razões abaixo.

Ao analisarmos o descritivo em referência, notamos que faz-se necessária a apresentação de esclarecimento, visando assegurar a possibilidade de participação e a isonomia entre as propostas licitantes, nos tópicos a saber:

DO DESCRITIVO TÉCNICO

Do edital:

01 cabo de ECG com 03 vias;

Os equipamentos que serão adquiridos serão utilizados em point of care, centros cirúrgicos para utilização em procedimentos de anestesia. Dentro de centro cirúrgico e UTI é necessária a monitorização cardíaca contínua realizada pelo monitor multiparâmetros, dessa forma a presença de monitorização de ECG no equipamento de ultrassom é desnecessária e limitante. Alguns modelos de ultrassom portátil, justamente por não haver necessidade de monitorização, não dispõem de entrada de ECG, garantindo uma maior portabilidade e agilidade no uso. Exames de ultrassom que exigem a monitorização de ECG durante o exame são os exames cardíacos focados. Permitindo que a Philips participe do processo com equipamento adequado e ideal para centros cirúrgicos, punção e anestesia (com tela touch selada para facilitar esterilização do equipamento), solicitamos esclarecimento sobre a possibilidade de aceite de equipamento sem a entrada de ECG.

A aceitação das sugestões supra citadas promoverá maior vantajosidade econômica ao órgão, além de possibilitar a participação de fabricantes que atendem a necessidade fim da aquisição, com grande aceitabilidade clínica e excelente desempenho.

Resposta: Tendo em vista o uso pretendido do equipamento e recursos necessários apontados pelo serviço de anestesiologia do InCor, não serão aceitos equipamentos sem a entrada de ECG e a entrega do cabo é obrigatória conforme consta no memorial descritivo. Solicitamos seguir conforme edital.

Obs.: **PERGUNTA – PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA**

RESPOSTA – EQUIPE TÉCNICA INCOR