



## **PERGUNTAS e RESPOSTAS**

**Processo:** 0312/2022 - **Pregão Privado n°** 001/2022

**Objeto:** Aquisição de Materiais de Uso Técnico Hospitalar para o Instituto do Coração – HCFMUSP.

### **PERGUNTAS:**

Olá,

Temos interesse para o pregão 001, porém temos os seguintes esclarecimentos:

EDITAL:

#### **Item 1**

95700200074 – 64050091 - ESTABILIZADOR TECIDUAL CARDÍACO POR PRESSÃO NEGATIVA, PEÇA ÚNICA E DESCARTÁVEL, EM PVC OU PVC E SILICONE, CONTENDO HASTES COM MULTIPLAS VENTOSAS, BRAÇO ARTICULADO E GRAMPO PARA MONTAGEM NO AFASTADOR, COM OU SEM REVESTIMENTO. ACOMPANHA TUBO DE SUCCÃO CONTENDO VALVULA DE RETENÇÃO, RESERVATORIO COM FILTRO BACTERIANO, COM TERMINAÇÃO PROXIMAL LUER E TERMINAÇÃO DISTAL COM CONEXÃO PARA FONTE DE SUCCÃO. ESTÉRIL, EMBALAGEM UNITÁRIA QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, N°. DO LOTE, REGISTRO NA ANVISA /MS.

**Quantidade – 90 peças**

#### **Item 2**

95700200189 – 64050030 - POSICIONADOR CARDÍACO POR PRESSÃO NEGATIVA, PARA CIRURGIA CARDIACA SEM CIRCULAÇÃO EXTRACORPOREA. PEÇA ÚNICA E DESCARTÁVEL, EM PVC OU PVC E SILICONE, CONTENDO HASTE COM VENTOSA, BRAÇO ARTICULADO E GRAMPO PARA MONTAGEM NO AFASTADOR, COM OU SEM REVESTIMENTO. ACOMPANHA TUBO DE SUCCÃO CONTENDO VALVULA DE RETENÇÃO, RESERVATORIO COM FILTRO BACTERIANO, COM TERMINAÇÃO PROXIMAL LUER E TERMINAÇÃO DISTAL COM CONEXÃO PARA FONTE DE SUCCÃO. ESTÉRIL, EMBALAGEM UNITÁRIA QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, N°. DO LOTE, REGISTRO NA ANVISA /MS.

**Quantidade – 20 peças**

Getinge: Temos interesse no fornecimento dos itens 1 e 2 , porém é necessário saber se vai ser disponibilizado pela Fundação Zerbini a base do estabilizador para ser colocada? Uma vez que nossa base (standard base) pode não ser compatível com a afastador disponível.

**RESPOSTA:**

Em atenção ao pedido de esclarecimento da empresa Geting do Brasil Equipamentos Médicos Ltda, temos a informar:

Será solicitado 01 amostra do estabilizador ofertado na ocasião do pregão, conforme edital e disponibilizado o afastador em uso na instituição para avaliação.

Obs.:

**PERGUNTAS – GETINGE DO BRASIL**

**RESPOSTA – EQUIPE TÉCNICA INCOR**