



Processo nº 1207/2022 - Pregão Presencial nº 013/2022.

Aquisição de 11 (Onze) Bisturis, conforme Emenda Parlamentar Relator geral - Convênio 919846/2021 para o Instituto do Coração - HCFMUSP.

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - EMPRESA AUTO SUTURE - 15/06/2022

A empresa **AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.**, pertencente ao grupo **Medtronic PLC**, inscrita no CNPJ nº 01.645.409/0003-90, vem por meio deste **solicitar esclarecimento** no que tange ao **descritivo técnico publicado** no presente processo licitatório (edital em anexo). Vejamos:

Através de análise ao edital do presente processo licitatório, verificamos que está sendo exigido no descritivo técnico o quanto segue: **"Bipolar (95W)"**.

ESCLARECIMENTO:

No portfólio de produtos da Medtronic PLC possuímos o **Gerador Eletrocirúrgico modelo VLFT10GEN (FT10) da marca Valleylab**, que recentemente passou por uma atualização de software (versão 4.0), onde a sua função bipolar sofreu melhoria em sua aplicação, passando a ofertar até **70 watts** no espectro dos três modos dedicados (Preciso, Standard e Macro). Desta forma, ganhou uma casa decimal nos ajustes do modo Precise até 10W, ficando otimizado na nova faixa: **PRECISE (0,5-70W)**, **STANDARD (1-70W)** e **MACRO (1-70W)**. Para potências superiores, normalmente relacionadas à ressecção em solução salina, temos a aplicação pela porta Ligasure/Bipolar.

Tal informação sobre a potência do modo bipolar do equipamento modelo VLFT10GEN (FT10) pode ser consultada na **página 11-17** do manual do usuário que se encontra no link <https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351104660201631/?numeroRegistro=10349000535> do Ministério da Saúde ANVISA.

É possível verificar que o Gerador Eletrocirúrgico modelo VLFT10GEN (FT10) tem a possibilidade de eventuais atualizações, passando por constantes melhorias. Com esta última atualização de software, agora permite que o gerador realize a Cardioablação.

Pelo o exposto acima, queremos esclarecer se esta R. Administração aceitará ofertas de geradores eletrocirúrgicos que possuem potência no modo bipolar de 70 watts?

Indubitavelmente, o presente pedido de esclarecimento tem o condão de esclarecer todas as dúvidas necessárias, resultando assim, na oferta da proposta mais vantajosa para esta R. Administração.

Ficamos no aguardo de um retorno nos termos da lei.

RESPOSTA:

"Serão aceitos equipamentos que possuam potência de 70Watts no modo bipolar. Todas as demais características solicitadas estão mantidas."