



Processo nº 1260/2022 - Pregão Presencial nº 016/2022.

Aquisição de 01 (Um) Sistema de Holter com 15 Gravadores, conforme Emenda Parlamentar: Vanderlei Macris - Convênio 915894/2021 para o Instituto do Coração - HCFMUSP.

Pedido de Esclarecimento

Empresa PROLIFE - 07/06/2022

Ref.: Pregão Presencial nº 016/2022 – Item 01: “Sistema de Holter com 15 gravadores”

Para o sistema, é solicitado: “Unidade de leitura: digital por flashcard, com múltiplos formatos e capacidade” e como acessório “15 cartões de memória”. Nesse ponto, indagamos, serão aceitas tecnologias que possuem memória interna de 16GB? Esta característica permite melhor segurança dos dados, visto que o cartão SD interno não é removível, portanto, elimina o risco de danos ou perda do cartão SD, elimina o custo recorrente de reposição de cartões SD e elimina a necessidade de um driver externo para a leitura do cartão, assim como elimina riscos de erro na leitura do cartão SD.

Resposta: O sistema deverá possuir cartão de memória destacável. Solicitamos seguir conforme edital.

Para o gerenciamento de dados, é solicitado “Gerenciamento de arquivos de pacientes, inserção de dados demográficos, médico, solicitante, diagnóstico e medicação”. Nesse ponto, questionamos, serão aceitas tecnologias que possuem, entre os campos de cadastro de informações, um campo para “Observações Gerais”, sem um campo específico para que seja colocado o solicitante?

Resposta: O sistema deverá possuir o campo para inserção do solicitante. Solicitamos seguir conforme edital.

Ainda para o sistema de Holter, é solicitado o envio do relatório para fax. Considerando que o fax é um equipamento obsoleto e, portanto, de baixa usabilidade atualmente, questionamos, serão aceitas tecnologias que não possuem a comunicação para fax, mas que permitem a impressão do exame para posterior envio por fax?

Resposta: Tendo em vista o pouco uso desta tecnologia de fax, este item é opcional;

Por fim, são solicitados os acessórios que devem acompanhar o sistema: “Acessórios para o total de 15 gravadores, além daqueles que acompanham o gravador: 15 cabos paciente, 15 estojos ou capas protetoras do equipamento, 15 cartões de memória”. Da forma em que é apresentada, a solicitação está confusa, tendo em vista a variação dos acessórios padrões dos gravadores de Holter que existem no mercado e os acessórios descritos no edital são solicitados como além desses. Para confirmação, quais acessórios devem acompanhar o sistema?

Resposta: Deverão ser entregues 15 cabos paciente, 15 estojos ou capas protetoras e 15 cartões de memórias. Se houver outros acessórios necessários para o funcionamento do equipamento, a licitante deverá também entregá-los, sem custos adicionais.