



Processo: 1146/22

Pregão Presencial nº 010/2022

Objeto: Aquisição de 01 (Um) arco cirúrgico, conforme Emenda Parlamentar Relator geral - Convênio 919846/2021 para o Instituto do Coração - HCFMUSP.

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

EMPRESA GE HEALTHCARE DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA - 10/06/2022

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA FUNDAÇÃO ZERBINI

*A empresa **GE HEALTHCARE DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA** pessoa jurídica de Direito Privado, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Magalhães de Castro, nº 4.800, Cidade Jardim Corporate Center, Continental Tower, 12º andar, São Paulo, SP - CEP 05502-001, inscrita no CNPJ sob o n.º 00.029.372/0001-40, interessada em participar da **PREGAO PRESENCIAL TIPO MENOR PREÇO Nº 010/2022** vem através desta solicitar esclarecimentos:*

DAS RAZOES DO ESCLARECIMENTO/SUGESTÃO

I- DO PRAZO PARA ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS

Atualmente enfrentamos um cenário global desafiador e instável nas cadeias de suprimento em diversos segmentos, e para equipamentos médicos não é diferente. Passamos por um momento de aumento dos tempos de produção e logística globalmente, assim como está ocorrendo em outros segmentos como eletroeletrônicos, embalagens e carros, por exemplo.



Assim, a Impugnante requer seja alterado o Edital quanto a este quesito de forma que passe a constar prazo de entrega de **180 (cento e oitenta) dias corridos**” a contar de da retirada da Ordem de Fornecimento, ao invés de 120 dias corridos”, pelos motivos acima expostos.

Solicitamos portanto a dilatação do prazo de entrega para que possamos participar desta licitação e o órgão se beneficiar da ampla concorrência, obtendo assim a proposta mais vantajosa.

II- DESCRITIVO

Considerando o baixo valor estimado para um equipamento de alta potência com todas as funções solicitadas, as sugestões abaixo dão-se com o objetivo de reduzir capacidade do equipamento para um arco de baixa potência, de forma a minimizar perdas técnicas. Deve-se considerar que o equipamento de baixa potência ainda será capaz de realizar exames vasculares periféricos e implantação de marcapasso, no entanto não será capaz de realizar exames cardiológicos de alta complexidade, como eletrofisiologia, ablação, entre outros.

DESCRITIVO SOLICITA EM Tubo de Raio-x

Anodo rotatório, duplo ponto focal de 0.3/0.6 mm

Capacidade mínima de calor do anodo: 300 kHU / 260 kJ

Dissipação mínima de calor do anodo: 75 kHU/min.

Sistema de capacidade de calor do invólucro ou depósito único de no mínimo 1500kHU

Dissipação contínua em performance clínica de 30 kHU/min ou 100W.

SUGESTÃO DE ADEQUAÇÃO

Anodo rotatório **ou fixo**, duplo ponto focal de **máximo 0.6/1.5 mm**

Capacidade mínima de calor do anodo: **75 kHU**

Dissipação mínima de calor do anodo: **35 kHU/min.**



Sistema de capacidade de calor do invólucro ou depósito único de no mínimo 900kHU

Dissipação contínua em performance clínica de 10 kHU/min

Resposta: Tendo em vista a diminuição do objeto do convênio, solicitamos ao licitante seguir conforme edital.

DESCRITIVO SOLICITA EM Gerador de raio-x:

Fluoroscopia pulsada (15 pulsos por segundo);

Fluoroscopia de meia dosagem (15 pulsos por segundo);

Fluoroscopia de um quarto de dosagem (30 pulsos por segundo);

Exposição pulsada (4 a 30 pulsos por segundo);

Potência de no mínimo 15 kW;

SUGESTÃO DE ADEQUAÇÃO

Fluoroscopia pulsada (12 pulsos por segundo);

Fluoroscopia de baixa dosagem (12 pulsos por segundo);

Exposição pulsada (4 a 25 pulsos por segundo);

Potência de no mínimo 2.5 kW;

Resposta: Tendo em vista a diminuição do objeto do convênio, solicitamos ao licitante seguir conforme edital.

DESCRITIVO SOLICITA EM Sistema de Detector Digital Plano

26cm x 26cm, tecnologia CMOS ou silício amorfo

SUGESTÃO DE ADEQUAÇÃO

21cm x 21cm, tecnologia CMOS ou silício amorfo



Resposta: O texto foi alterado para o dizeres a seguir: - Máximo 21cm x 21cm, tecnologia CMOS ou silício amorfo

DESCRITIVO SOLICITA EM Arco em C:

Detector de contato e colisão;

SUGESTÃO DE ADEQUAÇÃO

Retirada desta funcionalidade

Resposta: O trecho em questão foi removido do memorial descritivo

DESCRITIVO SOLICITA EM Monitores:

LCD de alta resolução 1.280 x 1.024 pixels, mínimo 19pol, 01 para imagem congelada e 01 para imagem em tempo real ou monitor bipartido de no mínimo de 32 polegadas de alta resolução (4K) com divisões na tela para apresentar ao mesmo tempo as imagens em tempo real e referencia sem perda de qualidade e informações;

SUGESTÃO DE ADEQUAÇÃO

*LCD de alta resolução 1.280 x 1.024 pixels, mínimo 19pol, 01 para imagem congelada e 01 para imagem em tempo real ou monitor bipartido de no mínimo de **27 polegadas** de alta resolução (4K) com divisões na tela para apresentar ao mesmo tempo as imagens em tempo real e referencia sem perda de qualidade e informações;*

Resposta: Entendemos que o licitante já atende o requisito

DESCRITIVO SOLICITA em Interface do Usuário

- *Monitor touchscreen TFT ou LCD no carrinho e controle remoto com acoplamento na mesa cirúrgica.*
 - *Sincronizado*
 - *Ícones intuitivos para uso fácil*
 - *Anotações do paciente*
 - *Exibição de 1, 4 ou 16 imagens em mosaico*

Compras – Fundação Zerbini

Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 44 - Cerqueira César - São Paulo - SP- Cep: 05403-900

Fone da área: (11) 2661-5701 ou 5702 www.zerbini.org.br



- *Exibição de imagem em tempo real no monitor presente no arco*
 - *Exibição de dose Air kerma*
 - *Interruptor de emergência no arco e no carrinho de monitor ou chave liga/desliga no carrinho de monitor*

SUGESTÃO DE ALTERAÇÃO

Monitor touchscreen TFT ou LCD no carrinho e controle remoto com acoplamento na mesa cirúrgica ou pedal multifuncional.

JUSTIFICATIVA

Pede-se que se aceite um pedal duplo acoplado e configurável capaz de alternar entre as funções escolhidas, como salvamento de imagens, ativação de fluoroscopia, ativação de modo vascular para controle dos modos no uso do colimador, substituindo um controle remoto e reduzindo risco de perda de acessório.

Resposta: Tendo em vista a diminuição do objeto do convênio, solicitamos ao licitante seguir conforme edital.

DESCRIPTIVO SOLICITA

Em caso de paralisação dos equipamentos por mais de 48 horas, outro equipamento ou reparo do defeito num prazo de 30 dias, dentro do período da garantia

SUGESTÃO DE ALTERAÇÃO

Em caso de paralisação do equipamento, dentro da garantia, um equipamento deverá ser emprestado caso o reparo não seja concluído em até 30 dias.

JUSTIFICATIVA

Solicitamos adequação do texto para que, apesar da GEHC manter um estoque de peças em seus estoques locais, pode-se fazer necessária a importação de peças para casos esporádicos afim de realizar o reparo definitivo do mesmo.

Resposta: Tendo em vista ser um requisito que visa garantir o funcionamento do bem sem prejuízo a instituição, solicitamos ao licitante seguir conforme edital.

Em tempo...



Referente ao prazo de entrega, tendo em vista que é uma aquisição 01 und, mantemos o prazo do edital.

Att;

Equipe Técnica do InCor