



Processo: 1209/22

Pregão Presencial nº 015/2022

Objeto: Aquisição de 05 (Cinco) Angiógrafos - Sistema de Hemodinâmica, conforme Emendas Parlamentares: Programa - Convênio 922598/2021 e Relator geral - Convênio 919846/2021 para o Instituto do Coração - HCFMUSP.

Pedido de Esclarecimento 22/06/2022

Empresa SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA

SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS

A empresa SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ n nº. 01.449.930/0006-02, sediada na Rua Dona Francisca, nº. 8300 – Bloco A – Módulo A – Zona Industrial Norte – Joinville / SC, e sua sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Mutinga, 3800 - 4º e 5º Andar – São Paulo – SP CEP 05110-902, inscrita no CNPJ sob 01.449.930/0001-90 interessada em participar da **PREGÃO PRESENCIAL: 010/2022**, vem apresentar o presente ESCLARECIMENTO abaixo indicado, com vistas à apresentação de uma proposta objetiva:

1. QUANTO A ASSINATURA DA PROPOSTA DE FORMA DIGITAL

Será aceito sem risco de desclassificação, a assinatura da proposta, declarações e procuração por via Digital, acompanhada da Procuração de cada signatário ?

RESPOSTA: SIM.

- a) Tratando-se de procurador, o instrumento de procuração público ou particular, com firma reconhecida ou procuração eletrônica com certificação digital conferida pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), do qual constem poderes específicos para representar a participante em licitações de qualquer modalidade aberto por entidades privadas, podendo para tanto negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição, assumir todos os direitos e obrigações oriundos da licitação, assinar contrato e praticar todos os demais atos pertinentes ao presente certame licitatório, podendo ainda, a seu critério, substabelecer, no todo ou em parte, com ou sem reserva, os poderes conferidos, conforme modelo do Anexo II, acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados na alínea "a" acima, que comprove os poderes de quem assinou o referido instrumento de procuração.



2. QUANTO AO DESCRITIVO TÉCNICO (SUB ITEM 1)

Solicita a convocação: “Potência máxima em KVA de todo o conjunto, incluindo periféricos: 160 KVA”

Informamos que nosso equipamento possui consumo de potência máxima de aquisição de 162 KVA, sem considerar a utilização dos periféricos. Desta forma, visando total transparência do processo, sugerimos alteração do texto para: “Potência máxima em KVA do equipamento de angiografia de 162 KVA”.

Resposta? O texto será alterado para os dizeres a seguir:

- Potência máxima em KVA de todo o conjunto, incluindo periféricos: 170 KVA.

3. QUANTO AO DESCRITIVO TÉCNICO DO EQUIPAMENTO (SUB ITEM 2):

Solicita o edital: “Software para angiografia rotacional, em duplo eixo, permitindo aquisição de imagens em diversas projeções anatômicas com uma única injeção de contraste;”

Esclarecemos que, da mesma forma como descrito no item 01, nosso equipamento atende a solicitação através de movimentação via joystick, sem um software nomeado especificamente para esta função. Entendemos que tal configuração atende a demanda clínica do órgão, é correto o nosso entendimento?

Resposta? O texto será alterado para os dizeres a seguir:

- Software, ou comando no joystick, para angiografia rotacional, em duplo eixo, permitindo aquisição de imagens em diversas projeções anatômicas com uma única injeção de contraste;

Solicita o edital: “Potência máxima em KVA de todo o conjunto, incluindo periféricos: 160 KVA”

Informamos que nosso equipamento possui consumo de potência máxima de aquisição de 162 KVA, sem considerar a utilização dos periféricos. Desta forma, visando total transparência do processo, sugerimos alteração do texto para: “Potência máxima em KVA do equipamento de angiografia de 162 KVA”.

Resposta? O texto será alterado para os dizeres a seguir:

- Potência máxima em KVA de todo o conjunto, incluindo periféricos: 170 KVA.