



Processo: 1146/22

Pregão Presencial nº 010/2022

Objeto: Aquisição de 01 (Um) arco cirúrgico, conforme Emenda Parlamentar Relator geral - Convênio 919846/2021 para o Instituto do Coração - HCFMUSP.

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

EMPRESA SHIMADZU DO BRASIL COMÉRCIO LTDA - 13/06/2022

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL TIPO MENOR PREÇO Nº 010/2022

PROCESSO Nº 1146/2022

DATA DA SESSÃO: 14/07/2022 ÀS 09H30MIN

OBJETO: AQUISIÇÃO DE ARCO DE CIRÚRGICO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NO MEMORIAL DESCRITIVO DO ANEXO I ("EQUIPAMENTO" / "EQUIPAMENTOS"), PARA SER UTILIZADO NO INSTITUTO DO CORAÇÃO DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, LOCALIZADO NA AVENIDA DR. ENÉAS DE CARVALHO AGUIAR, Nº 44, CIDADE DE SÃO PAULO, ESTADO DE SÃO PAULO ("INCOR-HCFMUSP")

SHIMADZU DO BRASIL COMÉRCIO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 58.752.460/0004-07, localizada na Rua Riachão nº 807, Jaboatão dos Guararapes/PE - CEP 54.335-025, interessada em participar do processo licitatório em referência, vem, tempestivamente, à presença de Vossa Senhoria, **SOLICITAR ESCLARECIMENTOS** a respeito da **ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO ARCO CIRÚRGICO**, objeto do Pregão Presencial nº 010/2022, conforme sugestão e justificativa apresentada ao longo do documento anexo.

Respostas

Fluoroscopia de um quarto de dosagem (30 pulsos por segundo)

Sugestão de alteração à Fluoroscopia de 1 a 25 pulsos/seg



Exposição pulsada (4 a 30 pulsos por segundo)
Sugestão de alteração à Fluoroscopia de 1 a 25 pulsos/seg

Mínimo de 30 frames por segundo
Sugestão de alteração à Cine loop de no máximo 25 frames por segundo
Justificativa: Não existe diferença visual nas imagens adquiridas entre 25 pulsos/s e 30 pulsos/s, pois a visão humana não é capaz de distinguir taxas acima de 23 pulsos/s. Além disso, a dose de radiação aplicada ao paciente será maior devido a quantidade maior de pulsos, sendo que na prática não existe vantagem em termos de qualidade ou fluidez da imagem a ser visualizada.

Resposta: Tendo em vista que o item questionado não representa diminuição do objeto a ser licitado, bem como há o atendimento de outros fornecedores no item, aceitaremos equipamentos que possuam, no mínimo, taxas de Fluoroscopia de 25 pulsos/seg. Como este item não acarreta qualquer restrição de participação, não serão necessárias alterações de edital.

Detector de contato e colisão
Sugestão de alteração à retirar este item

Justificativa: Não existem Arcos Cirúrgicos com movimentos manuais que possuam este tipo de detector de contato e colisão. Somente Arcos Cirúrgicos de maior capacidade e complexidade, como aqueles que realizar 3D, possuem este dispositivo. Caso este item seja imprescindível, será necessário alterar o descritivo para que todos os movimentos do Arco-C sejam motorizados.

Resposta: O item questionado já foi retirado do edital na última versão publicada.

Att; Equipe Técnica do InCor