



Processo: 1146/22

Pregão Presencial nº 010/2022

Objeto: Aquisição de 01 (Um) arco cirúrgico, conforme Emenda Parlamentar Relator geral - Convênio 919846/2021 para o Instituto do Coração - HCFMUSP.

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

EMPRESA SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA - 29/07/2022

SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS

A empresa SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. inscrita no **CNPJ nº. 01.449.930/0003-51**, interessada em participar do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2022**, vem apresentar o presente ESCLARECIMENTO abaixo indicado, com vistas à apresentação de uma proposta objetiva:

1. QUANTO AO DESCRITIVO TÉCNICO DO EQUIPAMENTO:

Solicita a convocação: “*brilho de: 600 cd/m²*”

Esclarecemos que o nosso equipamento vem acompanhado de dois monitores de 19” com tecnologia TFT e resolução de 1024 pixels x 1280 pixels com um brilho máximo de 500 cd/m². Com base em nossa experiência de mercado mundial, entendemos que estas especificações são suficientes para que os procedimentos solicitados sejam realizados no equipamento com, e que o brilho máximo apresentado em nosso produto irá atender perfeitamente as necessidades do hospital. **Dessa forma podemos considerar que serão aceitas propostas de equipamentos com monitores de brilho máximo 500 cd/m²?**

Resposta: Tendo em vista que alterações implicam em suspensão da sessão, e sabendo que a licitante possui equipamento que atende o edital pois já houve uma sessão fracassada. Solicitamos ao licitante seguir conforme edital.

Solicita a convocação : “*Monitor touchscreen TFT ou LCD no carrinho*”



Esclarecemos que o equipamento que desejamos ofertar possui 2 monitores de 19” com tecnologia TFT e resolução de 1280 pixels x 1024 pixels cada um. Informamos que nenhum destes dois monitores é touchscreen. Em contrapartida, o equipamento também possui um monitor adicional de 12,1” (touchscreen) integrado no arco cirúrgico através de braço articulado e, ainda, possui dois painéis de controle touchscreen de 12,1”, localizados no chassi do arco cirúrgico e na estação de visualização, onde é possível observar a pré-aquisição da imagem e controlar todos os parâmetros selecionáveis para a aquisição. Entendemos que nosso equipamento possui tecnologia equivalente ao solicitado, sem prejuízo clínico e/ou operacional. Visando ampla participação de empresas no processo, o aceite de conformações similares apenas abrange as opções de participantes no certame, sem indicar prejuízo de qualidade, sendo benéfico ao processo como um todo. **Desta forma, podemos entender que a Siemens atende a necessidade da Administração, solicitada em edital, com a configuração informada (monitor touchscreen 10” + 2 painéis de controle touchscreen)?**

Resposta: Tendo em vista que alterações implicam em suspensão da sessão, e sabendo que a licitante possui equipamento que atende o edital pois já houve uma sessão fracassada. Solicitamos ao licitante seguir conforme edital.

2. QUANTO A SOLICITAÇÃO DE MANUAL TÉCNICO:

Solicita a convocação: “Manual técnico”

Informamos que o ARCO CIRÚRGICO acompanha o Manual de Operação (ANVISA), cujo conteúdo contempla todas as instruções necessárias para a correta operação do equipamento, indicação das principais partes, bem como suas dimensões, características, condições ideais para instalação, limpeza e desinfecção, informação sobre mensagens de erro do sistema e resolução de problemas básicos.

Entendemos que informações como “vista explodida” e “esquemas” são de propriedade intelectual da Siemens, e seu compartilhamento pode representar sérios riscos para a Administração, seus funcionários e pacientes, quando utilizadas sem o devido controle.

Além disso, a Siemens prestará assistência técnica contra qualquer tipo de defeito ou falha que ocorra durante o período de garantia do equipamento, resguardando a Administração no que diz respeito ao correto funcionamento do equipamento.

Podemos entender que a Siemens atende a necessidade da Administração, solicitada em edital, com o exposto acima?

Resposta: O fornecimento do manual de operações do equipamento registrado na ANVISA atende a exigência.

3. QUANTO A SOLICITAÇÃO DE TREINAMENTO:

Solicita a convocação: “treinamento técnico para 02 (dois) técnicos da Engenharia Clínica do InCorHCFMUSP”

Desejamos esclarecer ao Órgão que a Siemens, detentora do conhecimento a respeito de seus equipamentos e funcionalidades inerentes, provisiona para o equipamento de Arco Cirúrgico um treinamento operacional de **24 (vinte e quatro) horas** ministrados no local de instalação do PRODUTO, sendo realizados sempre em dias úteis e consecutivos, no



período das **8:00h às 17:00h**. Esse treinamento será previamente agendado entre as PARTES, não ocorrendo no mesmo dia da entrega do objeto.

Podemos considerar que a necessidade do Órgão será sanada com o treinamento padrão fornecido pela Siemens?

Resposta: Entendemos que há o atendimento do edital no item acima. Att;

Equipe Técnica do Incor