



Processo nº 2935/2022 - Pregão Presencial nº 020/2022.

Objeto: Aquisição de trinta e oito (38) Cardioversores, conforme Emendas Parlamentares Roberto Alves - Convênio 929656/2022, Tabata Amaral - Convênio 929783/2022, Carla Zambelli - Convênio 929649/2022, Alexandre Padilha - Convênio 929654/2022 para o Instituto do Coração - HCFMUSP.

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - EMPRESA PHILIPS 21/11/2022

Estimada Comissão, boa tarde!

Interessados em participar no pleito em referência, vimos respeitosamente apresentar nosso pedido de esclarecimentos, nos termos abaixo.

Solicitamos a aceitabilidade de 150 (cento e cinquenta) dias para prazo de entrega. Alternativamente, solicitamos o aceite de carta de prorrogação e/ou entrega parcial, se necessário.

Resposta: Tendo em vista o prazo de vigências dos convênios deste processo, referente ao prazo de entrega solicitamos ao licitante seguir conforme edital .

Em tempo, além do questionamento abaixo, sobre o prazo de entrega, solicitamos o seguinte esclarecimento técnico:

Solicitação do edital:

“Tempo de recarga máximo 5 segundos para 200 Joules;”

Edital solicita carga de 200 J. Se ofertado equipamento que realize carga de 150 J em menos de 5 segundos, sendo que tal carga é a recomendada para desfibrilação adulta de acordo com a AHA será aceito? Visto que para 200 J o equipamento realiza a carga em menos de 6 segundos, que mesmo em um ambiente de socorro a vítima não fará diferença no atendimento visto a pouca diferença. Solicitamos aceite da tecnologia ofertada.



Resposta: O tempo de recarga é crítico durante a ressuscitação cardiopulmonar porém antedemos que 5 segundos de tempo de recarga para 150J também atende os protocolos institucionais sem prejuízo ao bem a ser adquirido.