



PERGUNTAS e RESPOSTAS

Processo: 2935/22 - **Pregão Presencial nº 020/2022.**

Objeto: Aquisição de trinta e oito (38) Cardioversores, conforme Emendas Parlamentares Roberto Alves - Convênio 929656/2022, Tabata Amaral – Convênio 929783/2022, Carla Zambelli – Convênio 929649/2022, Alexandre Padilha – Convênio 929654/2022 para o Instituto do Coração – HCFMUSP.

PERGUNTAS:

**À
FUNDAÇÃO ZERBINI
PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2022
PROCESSO Nº 2935/2022**

Mindray do Brasil Co. e Dist. de Equipamentos Médicos Ltda., pessoa jurídica de direito privado, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o número 09.058.456/0004-20, com sede na Av. Tamboré, 1400, Cep 06460-000, Barueri/SP, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, dentro do prazo legal, **SOLICITAR ESCLARECIMENTO AO EDITAL**, pelas razões de fato e de direito que passa a expor:

1. O edital solicita: “Permitir visualização simultânea de 4 curvas na tela;” Tal solicitação não faz sentido visto o uso pretendido do equipamento com os parâmetros solicitados pois o mesmo edital solicita os parâmetros de ECG e SpO2. Com apenas estes dois parâmetros um equipamento que permita a visualização de 3 curvas simultâneas em tela atenderá de maneira completa pois permitirá a visualização de até duas curvas de ECG e uma curva de SPO2. Isto posto, será aceito equipamento que permita a visualização de 3 curvas ou que permita a visualização de 3 curvas simultâneas mais uma curva de ECG em modo cascata?
2. O edital solicita: “- 01 Sensor de RCP sem fio reutilizável ou sensor RCP descartável acoplado ao eletrodo.” Devido à complexidade da terapia e a confiabilidade no retorno da massagem cardíaca, será aceito equipamento que ofertar sensores de RCP conectados ao equipamento através de fio?
3. As pás internas solicitadas na seção de acessórios devem ser com acionadores ou sem acionadores?

4. O edital solicita: “Marcador de eventos pré e pós choques.” Poderiam explicar melhor qual a função pretendida? Seria a impressão da onda de ECG pré e pós choque?
5. Equipamentos que desejam participar do certame deverão atender a 100% do disposto no edital para as funções pretendidas, exigidas e características técnicas?

À vista disso, agradecemos desde já a atenção dispensada, e ficamos no aguardo da resposta de tais esclarecimentos.

RESPOSTAS:

À

FUNDAÇÃO ZERBINI

PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2022

PROCESSO Nº 2935/2022

Mindray do Brasil Co. e Dist. de Equipamentos Médicos Ltda., pessoa jurídica de direito privado, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o número 09.058.456/0004-20, com sede na Av. Tamboré, 1400, Cep 06460-000, Barueri/SP, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, dentro do prazo legal, SOLICITAR ESCLARECIMENTO AO EDITAL, pelas razões de fato e de direito que passa a expor:

1. O edital solicita: “Permitir visualização simultânea de 4 curvas na tela;” Tal solicitação não faz sentido visto o uso pretendido do equipamento com os parâmetros solicitados pois o mesmo edital solicita os parâmetros de ECG e SpO2. Com apenas estes dois parâmetros um equipamento que permita a visualização de 3 curvas simultâneas em tela atenderá de maneira completa pois permitirá a visualização de até duas curvas de ECG e uma curva de SPO2. Isto posto, será aceito equipamento que permita a visualização de 3 curvas ou que permita a visualização de 3 curvas simultâneas mais uma curva de ECG em modo cascata?

Resposta: Conforme consta em edital, o hospital poderá adquirir, conforme necessidade das unidades, os módulos de capnografia e pressão não-invasiva, portanto serão aceitos os equipamentos que possuem no mínimo as curvas de ECG, SPO2, Capnografia e Valor numérico de PNI.

2. O edital solicita: “- 01 Sensor de RCP sem fio reutilizável ou sensor RCP descartável acoplado ao eletrodo.” Devido à complexidade da terapia e a confiabilidade no retorno da massagem cardíaca, será aceito equipamento que ofertar sensores de RCP conectados ao equipamento através de fio?

Resposta: Devido a quantidade de sensores com fio que já ligados ao paciente, e também com objetivo de promover o fácil manuseio durante a massagem cardíaca, serão aceitos equipamentos com sensores sem fio ou com sensores acoplados ao eletrodo.

3. As pás internas solicitadas na seção de acessórios devem ser com acionadores ou sem acionadores?

Resposta: Com acionador.

4. O edital solicita: “Marcador de eventos pré e pós choques.” Poderiam explicar melhor qual a função pretendida? Seria a impressão da onda de ECG pré e pós choque?

Resposta: O equipamento deve registrar os eventos e possibilitar a gravação dos mesmos.

5. Equipamentos que desejam participar do certame deverão atender a 100% do disposto no edital para as funções pretendidas, exigidas e características técnicas?

Resposta: Sim.

Obs.: **PERGUNTAS – MINDRAY DO BRASIL**

RESPOSTAS – EQUIPE TÉCNICA INCOR