



PERGUNTAS e RESPOSTAS

Processo: 2935/22 - **Pregão Presencial nº 020/2022.**

Objeto: Aquisição de trinta e oito (38) Cardioversores, conforme Emendas Parlamentares Roberto Alves - Convênio 929656/2022, Tabata Amaral – Convênio 929783/2022, Carla Zambelli – Convênio 929649/2022, Alexandre Padilha – Convênio 929654/2022 para o Instituto do Coração – HCFMUSP.

Mindray do Brasil Co. e Dist. de Equipamentos Médicos Ltda., pessoa jurídica de direito privado, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o número 09.058.456/0004-20, com sede na Av. Tamboré, 1400, Cep 06460-000, Barueri/SP, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, dentro do prazo legal, SOLICITAR ESCLARECIMENTO AO EDITAL, pelas razões de fato e de direito que passa a expor:

1. O edital solicita: “Permitir visualização simultânea de 4 curvas na tela;” Tal solicitação não faz sentido visto o uso pretendido do equipamento com os parâmetros solicitados pois o mesmo edital solicita os parâmetros de ECG e SpO2. Com apenas estes dois parâmetros um equipamento que permita a visualização de 3 curvas simultâneas em tela atenderá de maneira completa pois permitirá a visualização de até duas curvas de ECG e uma curva de SPO2. Isto posto, será aceito equipamento que permita a visualização de 3 curvas ou que permita a visualização de 3 curvas simultâneas mais uma curva de ECG em modo cascata?

Resposta: Conforme consta em edital, o hospital poderá adquirir, conforme necessidade das unidades assistenciais, os módulos de capnografia e pressão não-invasiva, portanto, os equipamentos deste processo deverão possuir no mínimo as curvas de ECG, SPO2, Capnografia e Valor numérico de PNI.

2. O edital solicita: “- 01 Sensor de RCP sem fio reutilizável ou sensor RCP descartável acoplado ao eletrodo.” Devido à complexidade da terapia e a confiabilidade no retorno da massagem cardíaca, será aceito equipamento que ofertar sensores de RCP conectados ao equipamento através de fio?

Resposta: Devido a quantidade de sensores com fio que já são ligados ao paciente, e também com objetivo de promover o fácil manuseio durante a massagem cardíaca, somente serão aceitos equipamentos com sensores sem fio ou com sensores acoplados ao eletrodo conforme consta em memorial descritivo. Cabe ainda informar que o requisito acima não é atendido por somente um fornecedor no mercado pois trata-se de característica técnica associada ao tipo de uso do equipamento a ser adquirido.

3. As pás internas solicitadas na seção de acessórios devem ser com acionadores ou sem acionadores?

Resposta: Este recurso na pá interna é opcional, pois o edital não especifica a obrigatoriedade de fornecimento do acessório com acionador acoplado.

4. O edital solicita: “Marcador de eventos pré e pós choques.” Poderiam explicar melhor qual a função pretendida? Seria a impressão da onda de ECG pré e pós choque?

Resposta: Este trecho foi alterado para os seguintes dizeres: "Registrar eventos pré e pós choques;" e o entendimento do licitante está correto.

5. Equipamentos que desejam participar do certame deverão atender a 100% do disposto no edital para as funções pretendidas, exigidas e características técnicas, sem margem para variações e interpretações?

Resposta: Sim.

À vista disso, agradecemos desde já a atenção dispensada, e ficamos no aguardo da resposta de tais esclarecimentos.