



PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Processo: 2935/22 - Pregão Presencial nº 020/2022.

Objeto: Aquisição de trinta e oito (38) Cardioversores, conforme Emendas Parlamentares Roberto Alves - Convênio 929656/2022, Tabata Amaral – Convênio 929783/2022, Carla Zambelli – Convênio 929649/2022, Alexandre Padilha – Convênio 929654/2022 para o Instituto do Coração – HCFMUSP.

Mindray do Brasil Co. e Dist. de Equipamentos Médicos Ltda., pessoa jurídica de direito privado, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o número 09.058.456/0004-20, com sede na Av. Tamboré, 1400, Cep 06460-000, Barueri/SP, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, dentro do prazo legal, **SOLICITAR ESCLARECIMENTO AO EDITAL**, pelas razões de fato e de direito que passa a expor:

O edital solicita: “Grau de proteção: IP44 ou superior quando operando na rede elétrica e pela bateria interna e utilizando as pás de desfibrilação interna.”

O maior uso de equipamentos de desfibrilação se dá operando em bateria e com pás externas, mesmo que em ambiente cirúrgico quando utilizado pás externas, por conta de mobilidade o equipamento não fica ligado a tomada de energia.

Levando em consideração que esteja ligado na rede elétrica, a incidência de fluídos diretamente no equipamento não é relativamente alta para prejudicar seu uso, porém quando utilizado com pás externas a incidência de fluídos nas pás externas certamente será maior, visto que haverá o gel de condução e eventualmente fluídos corpóreos. Assim questionamos, serão aceitos equipamentos que possuírem IP44 quando utilizados em bateria e com pás externas?

1. **Resposta:** Conforme já exposto em outros questionamentos, os equipamentos objeto deste processo, serão destinados para uso no centro cirúrgico do InCor, logo entende-se que os mesmos serão utilizados com pás internas adulto/infantil e eventualmente com pás externas a depender do procedimento cirúrgico em curso. Tendo em vista esta dinâmica de uso, que requer versatilidade no uso das pás, e considerando também que durante o uso, o operador poderá não necessitar remover o equipamento da tomada pois o mesmo estará ligado a rede elétrica através da estativa de equipamentos da sala cirúrgica, concluímos que o índice de proteção solicitado deverá ser o mesmo em qualquer destas situações, portanto mantém-se inalteradas as especificações do memorial descritivo do edital.