



Nº / ANO DA PROPOSTA:

060874/2017

OBJETO:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

JUSTIFICATIVA:

O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo - HCFMUSP é uma

1 - DADOS DO CONCEDENTE

CONCEDENTE: 36000	NOME DO ÓRGÃO/ÓRGÃO SUBORDINADO OU UG: MINISTERIO DA SAUDE		
CPF DO RESPONSÁVEL: 424.789.799-34	NOME DO RESPONSÁVEL: RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS		
ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL: Esplanada dos Ministérios - Gabinete			CEP DO RESPONSÁVEL: 70058-900

2 - DADOS DO PROPONENTE

PROponente: 50.644.053/0001-13					
Razão Social do Proponente: FUNDACAO ZERBINI					
Endereço Jurídico do Proponente: RUA DR. ENEAS DE CARVALHO AGUIAR, 44, ANDAR 2					
Cidade: SAO PAULO	UF: SP	Código Município: 7107	CEP: 05403000	E.A.: Entidade Privada sem fins lucrativos	DDD/Telefone: 1121865649
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA	Agência: 3221-2		Conta Corrente: 7358X		
CPF do Responsável: 478.266.818-04	Nome do Responsável: JOSE ANTONIO DE LIMA				
Endereço do Responsável: RUA TEIXEIRA DA SILVA, 407, APTO 41 - VILA MARIANA				CEP do Responsável: 04002031	

4 - DADOS DO EXECUTOR/VALORES

VALOR GLOBAL:	R\$ 100.000,00	
VALOR DA CONTRAPARTIDA:	R\$ 0,00	
VALOR DOS REPASSES:	Ano	Valor
	2017	R\$ 100.000,00
VALOR DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA:	R\$ 0,00	
VALOR DA CONTRAPARTIDA EM BENS E SERVIÇOS:	R\$ 0,00	
VALOR DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO:	R\$ 0,00	
INÍCIO DE VIGÊNCIA:	15/12/2017	
FIM DE VIGÊNCIA:	21/09/2019	
VIGÊNCIA DO CONVÊNIO:	2019	

5 - PLANO DE TRABALHO

Meta nº: 1

Especificação: Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes			
Unidade de Medida: UN	Quantidade: 1.0	Valor:	R\$ 100.000,00
Início Previsto: 15/12/2017	Término Previsto: 21/09/2019	Valor Global:	R\$ 100.000,00
UF: SP	Município: 7107 - SAO PAULO	CEP:	
Endereço:			
Etapas/Fase nº: 1			
Especificação: Etapa - Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes			
Quantidade: 1.0 UN	Valor: R\$ 100.000,00	Início Previsto: 15/12/2017	Término Previsto: 21/09/2019

6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MINISTERIO DA SAUDE

MÊS DESEMBOLSO: Outubro	ANO: 2018
META Nº: 1	VALOR DA META: R\$ 100.000,00
DESCRIÇÃO: Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	
VALOR DO REPASSE:	PARCELA Nº: 1

7 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FUNDACAO ZERBINI

8 - PLANO DE APLICAÇÃO DETALHADO

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: 003012-Sistema de Hipo/Hipertermia (Colchão/ Manta)				
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio			NATUREZA DA DESPESA: 449052	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: RUA IRIS LEONOR - PARQUE MANDAQUI Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar				
CEP: 02420-090	UF: SP	MUNICÍPIO: 7107 - SAO PAULO		
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 1,00	V. UNITÁRIO:	R\$ 100.000,00	V.TOTAL: R\$ 100.000,00
OBSERVAÇÃO: Aparelho com sistema inteligente de Hipo-Hipertermia, com gabinete em aço com pintura epoxi e tampa plástica. Sistema de controle de temperatura do corpo do paciente para ser usado durante e após cirúrgias. Controle de sistema: controlado através de micro processador, chave liga/desliga, chave C/F, LED'S de leitura das informações, 6 indicações de alarme. Água: de 4 a 42 graus Celsius. Paciente: de 30 a 40 C. Programação de temperatura: de 0.1C. Possui tecnologia Gradiente de Controle de temperatura. Conexão para sensor de temperatura: uma do tipo YSI série 400. Sistema térmico, compressor: 1/3HP. Elemento térmico: 800Watts. Resfriamento: 4 graus Celsius por minuto. Aquecimento: 3 graus Celsius por minuto. Sistema de circulação de água. Duplo reservatório com 7 1/2 litros no total. Fácil conexão e desconexão, conexão simultânea de até três colchões. Sistema Elétrico. Standard 110 ou 220v, 9.6 amperes. Cabo de força com pino terra. Corrente de fuga: Menos de 100 microamperes. Sistema de Segurança. Máxima temperatura permitida: 42C. Primeiro corte: 44,6C. Segundo corte: 46C. Alarme sonoro e visual. Mínima temperatura permitida: 4 C Primeiro Corte: 3 C. Segundo corte: 1 C. Alarme sonoro e visual. Defeito na sonda: Alarme visual e sonoro, alarme para baixo fluxo sonoro. Agente refrigerante: R-134ª Bomba de Circulação: 32GpH. O sistema é controlado por um microprocessador que regula o fluxo de água que circula no sistema garantindo um Aquecimento ou Resfriamento mais rápido. Modo manual ou automático de fácil operação. Componentes não corrosivos. Sistema de circulação de água com duplo reservatório com 7 1/2 litros no total. Voltagem: 220v. Acessórios: 01 Colchão Adulto, 01 Sensor de temperatura Adulto.ESPECIFICAR: SIM				

9 - PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO

NATUREZA DA DESPESA				
Código	Total	Recursos	Contrapartida Bens e Serviços	Rendimento de Aplicação
449052	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL:	R\$ 100.000,00			

10 - DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao _____ para efeitos e sob as penas da Lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos da dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste plano de trabalho.

Pede Deferimento,

Local e Data

Proponente

11 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE DO PLANO DE TRABALHO

Aprovado

Local e Data

Concedente
(Representante legal do Órgão ou Entidade)

12 - ANEXOS