



MINISTERIO DA SAUDE

PLATAFORMA +BRASIL

Nº / ANO DA PROPOSTA:

048812/2019

OBJETO:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

CARACTERIZAÇÃO DOS INTERESSES RECÍPROCOS:

Modernização do parque tecnológico para manutenção da qualidade no atendimento ao paciente SUS.

RELAÇÃO ENTRE A PROPOSTA E OS OBJETIVOS E DIRETRIZES DO PROGRAMA:

Aquisição de equipamentos novos para unidade de atenção especializada em saúde para garantir a qualidade e segurança no atendimento.

PÚBLICO ALVO:

Pacientes SUS da Rede de Cardiologia Clínica Adulta, Cardiopediatria e Pneumologia, referenciados pela central de regulação de ofertas de serviços de saúde CROSS.

PROBLEMA A SER RESOLVIDO:

Substituição de equipamentos obsoletos, sem assistência técnica, devido à descontinuação pelo fabricante por falta de peças de reposição e tecnologia ultrapassada.

RESULTADOS ESPERADOS:

Inovação tecnológica, qualidade no atendimento e segurança do paciente.

1 - DADOS DO CONCEDENTE

CONCEDENTE: 36000	NOME DO ÓRGÃO/ÓRGÃO SUBORDINADO OU UG: MINISTERIO DA SAUDE	
CPF DO RESPONSÁVEL: 223.127.490-68	NOME DO RESPONSÁVEL: JOAO GABBARDO DOS REIS	
ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL: Ministério da Saúde - Esplanada dos Ministérios, Bloco G		CEP DO RESPONSÁVEL: 70058-900

2 - DADOS DO PROPONENTE

PROponente: 50.644.053/0001-13					
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: FUNDACAO ZERBINI					
ENDEREÇO JURÍDICO DO PROPONENTE: RUA DR. ENEAS DE CARVALHO AGUIAR, 44, ANDAR 2					
CIDADE: SAO PAULO	UF: SP	CÓDIGO MUNICIPAL: 7107	CEP: 05403000	E.A.: Entidade Privada sem fins lucrativos	DDD/TELEFONE: 1121865649
BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL SA		AGÊNCIA: 3221-2	CONTA CORRENTE: 75965		
CPF DO RESPONSÁVEL: 968.111.458-20	NOME DO RESPONSÁVEL: PAULO EDUARDO MOREIRA RODRIGUES DA SILVA				
ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL: RUA SEVERO PENTEADO, 131, AP 01 - CAMBUI				CEP DO RESPONSÁVEL: 13025050	

4 - DADOS DO EXECUTOR/VALORES

VALOR GLOBAL:	R\$ 450.000,00	
VALOR DA CONTRAPARTIDA:	R\$ 0,00	
VALOR DOS REPASSES:	Ano	Valor
	2019	R\$ 450.000,00
VALOR DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA:	R\$ 0,00	
VALOR DA CONTRAPARTIDA EM BENS E SERVIÇOS:	R\$ 0,00	
VALOR DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO:	R\$ 0,00	
INÍCIO DE VIGÊNCIA:	09/12/2019	
FIM DE VIGÊNCIA:	03/12/2020	
VIGÊNCIA DO CONVÊNIO:	2020	

5 - PLANO DE TRABALHO

Meta nº: 1

Especificação: Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes			
Unidade de Medida: UN	Quantidade: 3.0	Valor: R\$ 450.000,00	
Início Previsto: 09/12/2019	Término Previsto: 03/12/2020	Valor Global: R\$ 450.000,00	
UF: SP	Município: 7107 - SAO PAULO		CEP:
Endereço:			
Etapa/Fase nº: 1			
Especificação: Etapa - Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes			
Quantidade: 3.0 UN	Valor: R\$ 450.000,00	Início Previsto: 09/12/2019	Término Previsto: 03/12/2020

**6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
MINISTERIO DA SAUDE**

MÊS DESEMBOLSO: Dezembro		ANO: 2019
META Nº: 1	VALOR DA META: R\$ 450.000,00	
DESCRIÇÃO: Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes		
VALOR DO REPASSE:	R\$ 450.000,00	PARCELA Nº: 1

**7 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
FUNDACAO ZERBINI**

8 - PLANO DE APLICAÇÃO DETALHADO

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: 011237-Monitor Multiparâmetros para Ressonância Magnética				
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio			NATUREZA DA DESPESA: 449052	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: AVN DR ENEAS DE CARVALHO AGUIAR				
CEP: 05403-000	UF: SP	MUNICÍPIO: 7107 - SAO PAULO		
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 1,00	V. UNITÁRIO: R\$ 330.000,00	V.TOTAL: R\$ 330.000,00	
<p>OBSERVAÇÃO: Monitor Multiparâmetros para ambientes de Ressonância Magnética. Equipamento destinado para utilização em ambiente de Ressonância Magnética de até 3 Tesla, com suporte próprio em material não magnético dotado de rodízios. Realizar monitoração de pelo menos os parâmetros: ECG (traçado e frequência cardíaca), Respiração, Pressão Não-Invasiva (PNI), Oximetria de Pulso (SPO2), Capnografia (ETCO2), para uso em pacientes adulto, pediátrico e neonatal. Deve possuir capacidade de realizar gating com equipamentos de Ressonância de todas as marcas do mercado. Deve possuir display de cristal líquido com no mínimo 12 polegadas ou superior com até 7 formas de onda disponíveis na tela, podendo esta ser sensível ao toque. Possuir software em português; Portas de comunicação a ser definida pela entidade solicitante; Possuir bateria recarregável com autonomia de até 4 horas com a bateria totalmente carregada. Características para os parâmetros: ECG (monitoração de ECG com pelo menos 3 derivações). Cabo de paciente com tecnologia de fibra ótica entre a interface e o monitor. Análise de arritmias e tendência. Permitir configuração da origem da frequência cardíaca. Realizar medição de ECG e respiração com curvas e indicações numéricas, parâmetros selecionáveis pelo operador. Frequência cardíaca, frequência respiratória; PNI (Pressão Não-Invasiva): Medição de pressões diastólica, sistólica e média; Medição da pressão para paciente adulto; SpO2 (Oximetria de Pulso): Saturação de Oxigênio, Saturação de oxigênio máxima e mínima; ETCO2 (Capnografia): Análise de CO2 expirado e inspirado; ETCO2 medida da concentração máxima de CO2 no final da expiração; Possuir tabelas e gráficos de tendências; Alarmes visuais e sonoros e respectivos recursos de ajuste. Acompanhar todos os acessórios para pleno funcionamento do equipamento e bateria sobressalente. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.ESPECIFICAR: SIM</p>				

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: 010138-Endoscópio Flexível (Fibroendoscopia)				
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio			NATUREZA DA DESPESA: 449052	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: AVN DR ENEAS DE CARVALHO AGUIAR				
CEP: 05403-000	UF: SP	MUNICÍPIO: 7107 - SAO PAULO		
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 2,00	V. UNITÁRIO: R\$ 60.000,00	V.TOTAL: R\$ 120.000,00	
<p>OBSERVAÇÃO: - Equipamento de broncoscopia eletrônico flexível para uso em centro cirúrgico para realização de intubações difíceis. - Deverá permitir a sua total imersão em líquidos. Suas válvulas para aeração e equalização de pressão devem permitir a esterilização em máquinas. Ítems Descritivo Especificação 01 Iluminação Duplo feixe 02 Movimentos/Angulações Mínimo 120° para cima e 120° para baixo 03 Ângulo de visão 90° 04 Direção visual De 0° em visão frontal 05 Profundidade do campo de visão De 3mm à 50mm 06 Diâmetro externo Máximo 3,1mm 07 Diâmetro de tubo de inserção, com diâmetro distal Máximo 3,1mm 08 Comprimento de trabalho (útil) Mínimo 600mm 09 Comprimento total Mínimo 855mm 10 Diâmetro do canal de trabalho 1,2mm - Fonte de luz Lâmpada: Halogênio, 15V, 150W; Controle de brilho: Regulagem manual, por botão no painel frontal; Método de resfriamento: Ventilação; Tipo de bomba: Bomba de diafragma; Pressão da Bomba: 0,03 a 0,018 Mpa; Fornecimento de água: Pressurização do ar do container ou garrafa de água; Alimentação Elétrica: 110/220V 60 Hz; Dimensões: 271mm (C) 188mm (L) 150mm (H); Peso máximo: 7,0 kg.</p> <p>- Deverão acompanhar o Endoscópio Flexível 02 Pinças de Biópsia; 02 Escovas para citologia; 02 Escovas reutilizáveis para limpeza de canal de biópsia; 02 Escovas reutilizáveis para limpeza de cilindros de ar/água e sucção, da abertura do canal, da saída do canal de sucção no conector e as válvulas; 02 Válvulas para canal de biópsia reutilizável; 02 Válvulas descartáveis de sucção; Tampa EOT de vedação para desinfecção por óxido de etileno; 02 Bocais; 01 Maleta para acondicionamento com fechadura e chaves.ESPECIFICAR: SIM</p>				

9 - PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO

NATUREZA DA DESPESA				
Código	Total	Recursos	Contrapartida Bens e Serviços	Rendimento de Aplicação
449052	R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL:	R\$ 450.000,00			

10 - DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao _____ para efeitos e sob as penas da Lei, que inexistem quaisquer débitos em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos das dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste plano de trabalho.

Pede Deferimento,

Local e Data

Proponente

11 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE DO PLANO DE TRABALHO

Aprovado

Local e Data

Concedente
(Representante legal do Órgão ou Entidade)

12 - ANEXOS