



MINISTERIO DA SAUDE

TRANSFEREgov

Nº / ANO DA PROPOSTA:

006491/2020

OBJETO:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

CARACTERIZAÇÃO DOS INTERESSES RECÍPROCOS:

Modernização do parque tecnológico do InCor (Hospital Especializado CNES 2071568) para manutenção da qualidade no atendimento ao paciente SUS da Rede de Cardiologia Clínica Adulta, Cardiopediatria e Pneumologia, referenciados pela central de regulação CROSS.

RELAÇÃO ENTRE A PROPOSTA E OS OBJETIVOS E DIRETRIZES DO PROGRAMA:

Aquisição de equipamentos para substituição de itens obsoletos, a fim de garantir a qualidade e segurança no atendimento.

PÚBLICO ALVO:

Pacientes SUS da Rede de Cardiologia Clínica Adulta, Cardiopediatria e Pneumologia, referenciados pela central de regulação de ofertas de serviços de saúde CROSS.

PROBLEMA A SER RESOLVIDO:

Substituição de 2 Aparelhos para Hemodiálise, 1 Coagulador de Argônio e 1 Ultrassom sem aplicação transesofágica, que estão obsoletos e sem assistência técnica, devido à descontinuação pelo fabricante por falta de peças de reposição e tecnologia ultrapassada.

RESULTADOS ESPERADOS:

Manutenção da qualidade assistencial e inovação tecnológica para atendimento da população.

1 - DADOS DO CONCEDENTE

CONCEDENTE: 36000	NOME DO ÓRGÃO/ÓRGÃO SUBORDINADO OU UG: MINISTERIO DA SAUDE		
CPF DO RESPONSÁVEL: 467.148.394-72	NOME DO RESPONSÁVEL: MARCELO ANTONIO CARTAXO QUEIROGA LOPES		
ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL: Esplanada dos Ministérios Bl.G 5º andar			CEP DO RESPONSÁVEL: 70058-900

2 - DADOS DO PROPONENTE

PROponente: 50.644.053/0001-13					
Razão Social do Proponente: FUNDACAO ZERBINI					
Endereço Jurídico do Proponente: RUA DR. ENEAS DE CARVALHO AGUIAR, 44, ANDAR 2					
Cidade: SAO PAULO	UF: SP	Código Município: 7107	CEP: 05403000	E.A.: Entidade Privada sem fins lucrativos	DDD/Telefone: 1121865649
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA	Agência: 3221-2		Conta Corrente: 77011		
CPF do Responsável: 968.111.458-20	Nome do Responsável: PAULO EDUARDO MOREIRA RODRIGUES DA SILVA				
Endereço do Responsável: RUA SEVERO PENTEADO, 131, AP 01 - CAMBUI				CEP do Responsável: 13025050	

4 - DADOS DO EXECUTOR/VALORES

VALOR GLOBAL:	R\$ 290.454,00	
VALOR DA CONTRAPARTIDA:	R\$ 0,00	
VALOR DOS REPASSES:	Ano	Valor
	2020	R\$ 290.454,00
VALOR DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA:	R\$ 0,00	
VALOR DA CONTRAPARTIDA EM BENS E SERVIÇOS:	R\$ 0,00	
VALOR DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO:	R\$ 0,00	
INÍCIO DE VIGÊNCIA:	03/11/2020	
FIM DE VIGÊNCIA:	14/10/2023	
VIGÊNCIA DO CONVÊNIO:	2023	

5 - PLANO DE TRABALHO

Meta nº: 1

Especificação: Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes			
Unidade de Medida: UN	Quantidade: 3.0	Valor:	R\$ 290.454,00
Início Previsto: 03/11/2020	Término Previsto: 14/10/2023	Valor Global:	R\$ 290.454,00
UF: SP	Município: 7107 - SAO PAULO	CEP:	
Endereço:			
Etapa/Fase nº: 1			
Especificação: Etapa - Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes			
Quantidade: 3.0 UN	Valor: R\$ 290.454,00	Início Previsto: 03/11/2020	Término Previsto: 14/10/2022

6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
MINISTERIO DA SAUDE

MÊS DESEMBOLSO: Setembro		ANO: 2021
META Nº: 1	VALOR DA META: R\$ 144.100,00	
DESCRIÇÃO: Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes		
VALOR DO REPASSE:	R\$ 144.100,00	PARCELA Nº: 1
MÊS DESEMBOLSO: Outubro		ANO: 2021
META Nº: 1	VALOR DA META: R\$ 110.000,00	
DESCRIÇÃO: Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes		
VALOR DO REPASSE:	R\$ 110.000,00	PARCELA Nº: 2
MÊS DESEMBOLSO: Dezembro		ANO: 2021
META Nº: 1	VALOR DA META: R\$ 36.354,00	
DESCRIÇÃO: Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes		
VALOR DO REPASSE:	R\$ 36.354,00	PARCELA Nº: 3

7 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
FUNDACAO ZERBINI

8 - PLANO DE APLICAÇÃO DETALHADO

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: 010908-Coagulador de Argônio				
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio			NATUREZA DA DESPESA: 449052	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: AVN DR ENEAS DE CARVALHO AGUIAR				
CEP: 05403-000	UF: SP	MUNICÍPIO: 7107 - SAO PAULO		
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 1,00	V. UNITÁRIO:	R\$ 55.000,00	V.TOTAL: R\$ 55.000,00
OBSERVAÇÃO: &#61600; Equipamento microprocessado, para corte e coagulação mono e bipolar, com coagulação por plasma de argônio sem contato com a superfície; &#61600; Fluxo de gás de argônio de 0 a 10,0 L/min; &#61600; Ajuste de fluxo com fração de 0, 1L/min; &#61600; Display digital com menu interativo, indicando o fluxo do gás argônio; &#61600; Modos de corte: puro, misto (blend); &#61600; Função de corte pulsado; &#61600; Sistema de monitoração do circuito de placa; &#61600; Modos de coagulação e convencional e coagulação e corte por gás argônio; &#61600; Ajuste da potência de saída dos modos monopolares através da caneta com comando manual; &#61600; Função purgar; &#61600; Indicação da quantidade de gás no cilindro; &#61600; Ajuste de coagulação (aproximadamente 100W) e corte (aproximadamente 200 W); &#61600; Alimentação elétrica: 220V, 60 Hz; &#61600; Alarme de falta de gás; &#61600; Utilização de caneta com comando por pedal; &#61600; Utilização de cateteres; Acessórios que deverão acompanhar o equipamento &#61600; 01 carro de suporte/transporte; &#61600; 01 cilindro acoplado com capacidade de pelo menos 1 m³ carregado com gás argônio; &#61600; 01 válvula para cilindro; &#61600; Conexões para ligação cilindro-válvula-bisturi, se aplicável; &#61600; Conexões para módulo de argônio ? bisturi eletrônico, se aplicável; &#61600; 02 canetas descartáveis; &#61600; 01 caneta comando por pedal; &#61600; 01 caneta comando manual reutilizável; &#61600; 01 pedal único; &#61600; 01 pedal duplo; &#61600; 01 placa de inox de 180mmx300mm; &#61600; 01 cabo para placa de inox; &#61600; 01 cateter de 2,30 m; &#61600; 01 cateter de 3,20 m; &#61600; 01 cabo de força; &#61600; 01 cabo de ligação para bisturi, se aplicável.ESPECIFICAR: SIM				

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: 011422-Ultrassom Diagnóstico sem Aplicação Transesofágica				
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio			NATUREZA DA DESPESA: 449052	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: AVN DR ENEAS DE CARVALHO AGUIAR				
CEP: 05403-000	UF: SP	MUNICÍPIO: 7107 - SAO PAULO		
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 1,00	V. UNITÁRIO:	R\$ 89.100,00	V.TOTAL: R\$ 89.100,00
OBSERVAÇÃO: Descrição Geral Equipamento de Ultra-Som Portátil totalmente digital para aplicações de alto desempenho em exames geral/medicina interna, abdominal, vascular/venoso, cardíaco, musculoesquelético, ginecológico/obstétrico, etc. Equipamento não deve ultrapassar 5 Kg com transdutor e bateria instalados; Modo de Imagem - 2D; - Otimização automática de imagens no modo 2D; - Modo M; - Color Doppler e Color Power Doppler; - Doppler Pulsado, Contínuo e Tecidual; - Duplex; - Imagem Harmônica Tecidual; - Escala de 256 níveis de cinza; Modos de visualização - Zoom em tempo real; - Cineloop de no mínimo 250 quadros; Interface com o usuário - Monitor de LCD com diagonal mínima de 10"; - Painel de controle com controles agrupados por aplicação; Armazenamento de imagens - Memória Flash, não susceptível a vibrações mecânicas de no mínimo 8Gb; - Entrada USB; - Exportação de imagens em formatos compatíveis com PC e Mac; Conectividade - Compatibilidade com padrão DICOM 3.0; - Transferência Digital para PC via Pen Drive; - Saída de áudio; - Saída de vídeo composto conector RCA padrão NTSC/PAL para conexões de vídeo-printer ou gravador de vídeo, por exemplo. Transdutor - O transdutor deve ser multifrequencial; - Capacidade de substituição do transdutor sem a necessidade de desligar o equipamento; - O transdutor deve ser apto a utilizar os modos de imagem: Modo B, Modo M, Color Doppler; 01 Transdutor linear na faixa de frequência de 6 a 13 MHz para aplicações vasculares com possibilidade de 1 MHZ para cima ou para baixo; 01 Transdutor setorial na faixa de frequência de 1 a 5 MHz para aplicações cardíacas com possibilidade de 1 MHz para cima ou para baixo. Acessórios 02 cabos de ECG com 03 vias; 02 suportes para guia de agulha para punção vascular guiada em tempo real; - Cabo de alimentação com plugue padrão ABNT NBR14136; - Fonte Bivolt automática; - Bateria de íons de lítio com autonomia de, no mínimo 2h; - Manual de operação em português; - Carro, com rodízios e travas, suportes para transdutores;				

Equipamento deve possuir alça, para fácil mobilidade, mesmo fora do carro de transporte.ESPECIFICAR: SIM

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Ultrassom Diagnóstico sem Aplicação Transesofágica - As especificações técnicas estão descritas no Termo de Referência do Ajuste anexado em Documentos da Aprovação na aba Pareceres.

NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio

NATUREZA DA DESPESA: 449052

ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: AVN DR ENEAS DE CARVALHO AGUIAR

CEP: 05403-000 **UF:** SP **MUNICÍPIO:** 7107 - SAO PAULO

UNIDADE: UN **QUANTIDADE:** 1,00 **V. UNITÁRIO:** R\$ 146.354,00 **V.TOTAL:** R\$ 146.354,00

OBSERVAÇÃO: Item incluído na reformulação do Convênio

9 - PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO

NATUREZA DA DESPESA				
Código	Total	Recursos	Contrapartida Bens e Serviços	Rendimento de Aplicação
449052	R\$ 290.454,00	R\$ 290.454,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL:	R\$ 290.454,00			

10 - DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao _____ para efeitos e sob as penas da Lei, que inexistem quaisquer débitos em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos das dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste plano de trabalho.

Pede Deferimento,

Local e Data

Proponente

11 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE DO PLANO DE TRABALHO

Aprovado

Local e Data

Concedente
(Representante legal do Órgão ou Entidade)

12 - ANEXOS

Documentos Digitalizados do Convênio

Nome do Arquivo:
DOU 195 secao 3 sequencial 19982005.pdf
Diário Oficial da União Extrato do Convênio.pdf
Termo de Convênio.pdf