



MINISTERIO DA SAUDE

PLATAFORMA +BRASIL

Nº / ANO DA PROPOSTA:

036928/2021

OBJETO:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

CARACTERIZAÇÃO DOS INTERESSES RECÍPROCOS:

Modernização do parque tecnológico para manutenção da qualidade no atendimento ao paciente SUS, que o estado/município encaminha para atendimento em unidade especializada.

RELAÇÃO ENTRE A PROPOSTA E OS OBJETIVOS E DIRETRIZES DO PROGRAMA:

Aquisição de equipamentos para substituição de itens obsoletos, a fim de garantir a qualidade e segurança no atendimento.

PÚBLICO ALVO:

Pacientes SUS da Rede de Cardiologia Clínica Adulta, Cardiopediatria e Pneumologia, referenciados pela central de regulação de ofertas de serviços de saúde CROSS.

PROBLEMA A SER RESOLVIDO:

Substituição de equipamentos obsoletos, sem assistência técnica, devido à descontinuação pelo fabricante por falta de peças de reposição e tecnologia ultrapassada

RESULTADOS ESPERADOS:

Modernização do parque tecnológico para manutenção da qualidade no atendimento ao paciente SUS, que o estado/município encaminha para atendimento em unidade especializada.

1 - DADOS DO CONCEDENTE

CONCEDENTE: 36000	NOME DO ÓRGÃO/ÓRGÃO SUBORDINADO OU UG: MINISTERIO DA SAUDE		
CPF DO RESPONSÁVEL: 467.148.394-72	NOME DO RESPONSÁVEL: MARCELO ANTONIO CARTAXO QUEIROGA LOPES		
ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL: Esplanada dos Ministérios Bl.G 5º andar			CEP DO RESPONSÁVEL: 70058-900

2 - DADOS DO PROPONENTE

PROponente: 50.644.053/0001-13					
Razão Social do Proponente: FUNDACAO ZERBINI					
Endereço Jurídico do Proponente: RUA DR. ENEAS DE CARVALHO AGUIAR, 44, ANDAR 2					
Cidade: SAO PAULO	UF: SP	Código Município: 7107	CEP: 05403000	E.A.: Entidade Privada sem fins lucrativos	DDD/Telefone: 1121865649
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA	Agência: 3221-2		Conta Corrente:		
CPF do Responsável: 968.111.458-20	Nome do Responsável: PAULO EDUARDO MOREIRA RODRIGUES DA SILVA				
Endereço do Responsável: RUA SEVERO PENTEADO, 131, AP 01 - CAMBUI				CEP do Responsável: 13025050	

4 - DADOS DO EXECUTOR/VALORES

VALOR GLOBAL:	R\$ 150.000,00	
VALOR DA CONTRAPARTIDA:	R\$ 0,00	
VALOR DOS REPASSES:	Ano	Valor
	2021	R\$ 150.000,00
VALOR DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA:	R\$ 0,00	
VALOR DA CONTRAPARTIDA EM BENS E SERVIÇOS:	R\$ 0,00	
VALOR DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO:	R\$ 0,00	
INÍCIO DE VIGÊNCIA:	20/08/2021	
FIM DE VIGÊNCIA:	16/03/2023	
VIGÊNCIA DO CONVÊNIO:	2023	

5 - PLANO DE TRABALHO

Meta nº: 1

Especificação: Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes			
Unidade de Medida: UN	Quantidade: 1.0	Valor:	R\$ 150.000,00
Início Previsto: 20/08/2021	Término Previsto: 16/03/2023	Valor Global:	R\$ 150.000,00
UF: SP	Município: 7107 - SAO PAULO	CEP:	
Endereço:			
Etapas/Fase nº: 1			
Especificação: Etapa - Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes			
Quantidade: 1.0 UN	Valor: R\$ 150.000,00	Início Previsto: 20/08/2021	Término Previsto: 16/03/2023

6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MINISTERIO DA SAUDE

MÊS DESEMBOLSO: Agosto	ANO: 2021
META Nº: 1	VALOR DA META: R\$ 150.000,00
DESCRIÇÃO: Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	
VALOR DO REPASSE:	PARCELA Nº: 1

7 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FUNDACAO ZERBINI

8 - PLANO DE APLICAÇÃO DETALHADO

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: 001123-Sistema Holter - Analisador e Gravador				
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio			NATUREZA DA DESPESA: 449052	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: RUA DR. ENEAS DE CARVALHO AGUIAR, 44, ANDAR 2				
CEP: 05403-000	UF: SP	MUNICÍPIO: 7107 - SAO PAULO		
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 1,00	V. UNITÁRIO: R\$ 150.000,00	V.TOTAL: R\$ 150.000,00	
OBSERVAÇÃO: Descrição: Sistema de análise de Holter retrospectivo, composto por unidade de processamento, unidade de leitura, impressora a laser e 15 gravadores digitais. 1. Unidade de processamento contendo: &#61600; PC com processador CORE 2 DUO, no mínimo; &#61600; Mínimo de 4 Gb de memória RAM, 1 TB de Hard Disk ou 2 unidades de 500 MB; &#61600; Drive combo gravador de CD/DVD de 54 velocidades ou maior; &#61600; 2 portas de comunicação serial, 01 porta de comunicação paralela e 04 portas de USB; &#61600; Placa de rede; &#61600; Monitor LCD de no mínimo 19"; &#61600; Alimentação elétrica de 127V a 220V, @60Hz; &#61600; Nobreak com estabilizador para o sistema; &#61600; Sistema operacional Windows 7 ou melhor; &#61600; Impressora a laser compatível com o sistema. 2. Sistema de análise: &#61600; Número de canais: 03 simultâneos; &#61600; Unidade de leitura: digital por flashcard, com múltiplos formatos e capacidade; &#61600; Tela de análise: ? Visualização e correção por paginação; ? Visualização e correção por classes de morfologia; ? Visualização e correção dos eventos significativos; ? Tacograma com possibilidade de correção pelo mesmo; ? Permitir ampliação dos traçados; ? Deve permitir aumentar e diminuir o tempo de traçado mostrado na tela; ? Informar sobre a classe e a frequência cardíaca daquele evento; ? Gráfico das 24 horas da frequência cardíaca, atividade ventricular, supraventricular, nível de ST, configuráveis em quantidade, posicionamento, escala e tamanho. &#61600; Análise de marcapasso; &#61600; Análise temporal e espectral de variabilidade da frequência cardíaca; &#61600; Detecção de arritmia: ? Identificação e classificação; ? Análise do segmento ST; ? Permitir interação com analisador para revisão da classificação. &#61600; Gráficos de tendência: ? Frequência cardíaca; ? Batimentos ectópicos ventriculares; ? Batimentos ectópicos atriais; ? Desvio do segmento ST; ? Tacograma. &#61600; Gerenciamento de dados: ? Gerenciamento de arquivos de pacientes, inserção de dados demográficos, médico, solicitante, diagnóstico e medicação; ? Contendo informações de frequência cardíaca máxima, média, mínima, pausas, número de arritmias atriais e ventriculares isoladas, pareadas e episódios de taquicardias; ? Tabela de distribuição dos segmentos ST por canal. &#61600; Opções de relatório: ? Formato configurável (gráficos selecionados pelo usuário); ? Sumário de eventos; ? Tiras de anotações com registro de hora corrente, frequência cardíaca, identificação do paciente, arritmias e ganho.				

 Envio do relatório:

- ? Para impressora;
- ? Para gravação em CD/DVD;
- ? Para Internet / e-mail;
- ? Para fax;
- ? Para rede LAN/WAN.

 O sistema de análise deve ser fornecido com 15 gravadores com as seguintes especificações e quantidades:

- ? Número de canais: 3 simultâneos;
- ? Tipo de gravação: digital por cartão de memória;
- ? Capacidade em horas: 24 horas ou mais;
- ? Resposta em frequência: 0,05 a no mínimo 40Hz;
- ? Taxa de amostragem: maior que 125 amostras;
- ? Com registro de marcapasso;
- ? Alimentação: pilhas alcalinas AAA ou AA e pilhas recarregáveis;
- ? Autonomia: 24 horas;
- ? Peso com pilhas: no máximo 100 gramas;
- ? Acessórios para o total de 15 gravadores, além daqueles que acompanham o gravador:
- ? 15 cabos paciente;
- ? 15 estojos ou capas protetoras do equipamento;
- ? 15 cartões de memória.ESPECIFICAR: SIM

9 - PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO

NATUREZA DA DESPESA				
Código	Total	Recursos	Contrapartida Bens e Serviços	Rendimento de Aplicação
449052	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL:	R\$ 150.000,00			

10 - DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao _____ para efeitos e sob as penas da Lei, que inexistem quaisquer débitos em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos das dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste plano de trabalho.

Pede Deferimento,

Local e Data

Proponente

11 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE DO PLANO DE TRABALHO

Aprovado

Local e Data

Concedente
(Representante legal do Órgão ou Entidade)

12 - ANEXOS