

Pregão Eletrônico: 16/2024

Empresa Philips:

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Esclarecimento:

Do edital: Software para exames com contraste com tecnologia de índice mecânico baixo e “flash”; Uma vez que a instituição está tratando de um processo para aquisição de equipamentos de ecocardiografia de altíssima qualidade para atendimento às diferentes complexidades da instituição, entende-se que ao solicitar contraste com tecnologia de índice mecânico baixo e “flash” o órgão pede contraste que de fato está voltado para os exames cardiológicos avançados realizados pelo Hospital, o que DEVE incluir contraste para exames de perfusão, que permite o diagnóstico cardiológico completo. Este entendimento estaria correto?

RESPOSTA –

Resposta

Resposta criada às 15:43 em 09/08/2024

O entendimento está correto, inclusive subentende-se que o software solicitado funcione com o transdutor adulto a ser fornecido.