



Home

Sala/Modalidades

Editais e Processos

Atas e Documentos

Recursos

Esclarecimentos

Impugnações

Apenados / Impedidos

Contratações - PNCP

ETP

Pesquisar Preços

[←](#) **CONSULTAR ESCLARECIMENTO**

Nome do Usuário

PAULO FERNANDES DA COSTA PINTO

Participante

DRAGER DO BRASIL LTDA**Solicitação**

Solicitação criada às 16:54 em 05/11/2024, última edição às 11:34 em 12/11/2024

A FUNDAÇÃO ZERBINI Ref.: EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO FZ N° 033/2024 PROCESSO N° 31840/2024 Boa Tarde, Prezada (o)Sr. (a) Pregoeira (o), e equipe de apoio designada A Dräger do Brasil Ltda, interessada em participar do processo referenciado, vem através deste solicitar o seguinte esclarecimento. O edital solicita: O edital solicita: "Sistema de ventilação isento de fole, operado a pistão ou trocador/refletor de volume;" Oferecemos uma tecnologia com o sistema de ventilação a turbina, no qual possui espaço morto também mais reduzido e resposta mais rápida as demandas de fluxo do paciente, assim como o trocador/refletor de volume. Sendo assim gentileza informar se será aceito pela instituição sistema de ventilação por turbina. O edital solicita: O edital solicita: "Pressão inspiratória - 1 a 80 cmH2O;" Para sanar qualquer dúvida a respeito deste ponto solicitado no edital entendemos que o equipamento ofertado deve apresentar pressão inspiratória de 1 a 80 cmH2O. Nosso entendimento está correto? O edital solicita: O edital solicita: "Sensibilidade do trigger: 0,3 a 15 L/min ou de 0 a 100% do biasflowl e à pressão de 0 a -20cmH2O;" Do pedido: Gentileza informar se sensibilidade do trigger de 0,3 a 15 L/min ou de 0 a 100% do biasflow apenas atende a demanda solicita? Certos de vossa compreensão. Atenciosamente, DRÄGER DO BRASIL LTDA

Nome do Usuário

Rafael Miranda da Silva

Participante

Fundação Zerbini**Resposta**

Resposta criada às 11:34 em 12/11/2024

O edital solicita: "Sistema de ventilação isento de fole, operado a pistão ou trocador/refletor de volume;" Oferecemos uma tecnologia com o sistema de ventilação a turbina, no qual possui espaço morto também mais reduzido e resposta mais rápida as demandas de fluxo do paciente, assim como o trocador/refletor de volume. Sendo assim gentileza informar se será aceito pela instituição sistema de ventilação por turbina. Resposta: Entendemos que a tecnologia do sistema de ventilação a turbina é equivalente ao solicitado em edital. Isso posto, aceitaremos equipamentos com sistema de ventilação operado a turbina, contudo, esta informação se estende para qualquer fornecedor. O edital solicita: "Pressão inspiratória - 1 a 80 cmH2O;" Para sanar qualquer dúvida a respeito deste ponto solicitado no edital entendemos que o equipamento ofertado deve apresentar pressão inspiratória de 1 a 80 cmH2O. Nosso entendimento está correto? Resposta: Está correto o entendimento. O edital solicita: O edital solicita: "Sensibilidade do trigger: 0,3 a 15 L/min ou de 0 a 100% do biasflowl e à pressão de 0 a -20cmH2O;" Do pedido: Gentileza informar se sensibilidade do trigger de 0,3 a 15 L/min ou de 0 a 100% do biasflow apenas atende a demanda solicita? Resposta: Está correto o entendimento.

VOLTAR