

[Home](#)[Sala/Modalidades](#)[Editais e Processos](#)[Atas e Documentos](#)[Recursos](#)[Esclarecimentos](#)[Impugnações](#)[Apenados / Impedidos](#)[Contratações - PNCP](#)[ETP](#)[Pesquisar Preços](#)[←](#) **CONSULTAR ESCLARECIMENTO**

Nome do Usuário

**Erick Yuki Hlratsuka**

Participante

**MTB TECNOLOGIA LTDA-EPP****Solicitação**

Solicitação criada às 11:04 em 08/11/2024, última edição às 11:33 em 12/11/2024

Prezados, bom dia! Pedido de esclarecimento, Ref.: ITEM APARELHO DE ANESTESIA DE ALTA COMPLEXIDADE Com o intuito de aumentar a competitividade do certame, questionamos, tecnologias que possuem pressão inspiratória de 5 a 70 cmH2O, PEEP 0, 3 a 30 cmH2O, volume corrente de 10 a 1500 mL e fluxo inspiratório de 1 a 120 L/min serão aceitos?guardo retorno, Atenciosamente

Nome do Usuário

**Rafael Miranda da Silva**

Participante

**Fundação Zerbini****Resposta**

Resposta criada às 11:33 em 12/11/2024

Pedido de esclarecimento, Ref.: ITEM APARELHO DE ANESTESIA DE ALTA COMPLEXIDADE Com o intuito de aumentar a competitividade do certame, questionamos, tecnologias que possuem pressão inspiratória de 5 a 70 cmH2O, PEEP 0, 3 a 30 cmH2O, volume corrente de 10 a 1500 mL e fluxo inspiratório de 1 a 120 L/min serão aceitos? Em relação aos acessórios, questionamos, 12 linhas de amostragem para pacientes adultos/pediátricos e 12 linhas de amostragem para pacientes neonatais atende as necessidades da instituição? Resposta: Não serão aceitos os valores os informados pois todos eles reduzem o objeto a ser licitado. Lembramos que o edital foi especificado de acordo com a necessidade institucional e alinhado ao escopo do instrumento de repasse com o Ministério da Saúde.

**VOLTAR**