

Ao Setor de Compras - Fundação Zerbini
Sr. Rafael Miranda

Edital de pregão eletrônico nº 034/2024 – 01 Aparelho de Anestesia de Alta Complexidade

Ref.: Resposta as solicitações de esclarecimentos das empresas das empresas MTB Tecnologia Ltda-Epp e Getinge do Brasil Equipamentos Médicos Ltda.

Do pedido:

As empresas MTB e Getinge apresentaram solicitações de esclarecimentos, solicitando alterações no memorial descritivo do edital. Devido o curto prazo para manifestação das respostas via plataforma, o pregão foi suspenso para elaboração das respostas, revisão do memorial descritivo e posterior republicação do edital.

Segue abaixo questionamentos e repostas para cada licitante.

MTB

Questionamento:

“Prezados, boa tarde! Pedido de esclarecimento, poderiam esclarecer, por favor, se o aparelho de anestesia deve acompanhar módulo/sensor de Agentes Anestésicos/Capnografia? Caso sim, serão aceitas tecnologias superiores ao edital, que não utilizam armadilhas de água? Além disso, com o intuito de aumentar a competitividade do certame, questionamos, serão aceitas faixas dos parâmetros ajustados aproximados ao do edital, ou seja, volume corrente de 15 a 1500 ml, pressão de inspiração de 5 a 70 cmH2O e PEEP desligado, 3 a 30 cmH2O?”

Resposta:

O equipamento deve ser acompanhado do módulo de agentes anestésicos. Quanto ao sistema de armadilha de água, serão aceitas tecnologias superiores desde que não sejam necessários aquisição de outros tipos de insumos para o funcionamento.

Para faixas aproximadas, informamos que a empresa deverá seguir conforme edital pois o mesmo é claro quanto aos valores solicitados.

Getinge

Questionamento:

“Prezados, solicitamos os seguintes esclarecimentos:

1- Edital pede: CPAP para indução anestésica e desmame. Pergunta-se: Serão aceitos equipamentos que possuam modalidade de pressão assistida que possam ser utilizados como pressão + PEEP e disparado a fluxo ou pressão?

Resposta:

Será aceito desde que a modalidade proposta seja equivalente.

2- Edital pede: Pressão inspiratória - 1 a 80 cmH2O Pergunta-se: Serão aceitos equipamentos que possuam Pressão Inspiratória de 0 a 120cmH2O?

Resposta:

Será aceito.

3- Edital pede: 05 Sensores de fluxo ou 03 (três) cassetes expiratórios quando o sensor fizer parte do cassete autoclavável Pergunta-se: O sensor de fluxo Getinge possui tecnologia ultrassônica, compatível com todas as categorias de pacientes (neo, ped e adulto) e está inserida no interior da cassete expiratória, localizada no corpo do ventilador. O sensor de fluxo e a cassete expiratória são indissociáveis, no entanto a cassete pode ser destacada do equipamento para desinfecção e esterilização em autoclave. Em posse dessas informações e sabendo-se que a fabricante orienta em manual o uso de filtro de barreira (HEPA) na entrada da cassete expiratória, serão aceitos equipamentos com duas cassetes expiratórias, uma instalada e outra sobressalente?”

Resposta:

Para este item deverão ser entregues 3 cassetes conforme especificado em edital.

Conclusão:

Tendo em vista que alguns itens foram aceitos e que a equipe técnica verificou a necessidade de atualização do memorial descritivo do edital, junto a este parecer está sendo enviado uma nova versão do memorial descritivo para republicação do edital.

Equipe Técnica InCor.

24/10/2024