CONSULTAR ESCLARECIMENTO

Nome do Usuário
Aurelio Carmona Kalaes

Participante
GETINGE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.

Solicitação

Solicitação criada às 19:43 em 20/01/2025, última edição às 12:12 em 21/01/2025

após analise do edital, solicitamos os seguintes esclarecimentos: -Possuir mecanismo de alerta anti-colisão com aviso sonoro e/ou aviso em visor de controle remoto; Será aceito uma mesa com sistema de bloqueio de movimento porém sem aviso sonoro mantendo o bloqueio do movimento? - Ajuste de altura mínimo: 730mm a 1070mm Diante da especificação solicitada e levando em consideração que temos variações em relação a altura da almofada a qual atendemos em 80mm, perguntamos se será aceita uma mesa da Getinge que possua altura máxima de 1050mm sem a almofada, visto que 20mm é praticamente imperceptível durante o uso da mesma e que este ponto limita a participação de diversos fabricantes em questão. -Trendelemburg mínimo: • Normal: - 30° Será aceito uma inclinação de 25° em posição normal, uma vez que a podemos atingir uma inclinação de 35° em posição reversa? -Com backup hidráulico de movimentos Será aceito uma mesa que possua sistema opcional de emergência, que permita o destravamento total da mesa de forma manual? -04 suportes para elevação de perna com alça para calcanhar e fixador. Este tipo de suporte seria um suporte de coxas, bota pneumática ou algo diferente? Poderia explicar melhor o que seria este tipo de fixação para elevação?

Nome do Usuário
Rafael Miranda da Silva

Participante
Fundação Zerbini

Resposta

Resposta criada às 12:12 em 21/01/2025

-Possuir mecanismo de alerta anti-colisão com aviso sonoro e/ou aviso em visor de controle remoto; Será aceito uma mesa com sistema de bloqueio de movimento porém sem aviso sonoro mantendo o bloqueio do movimento? Resposta: Será aceito desde que o bloqueio do movimento seja automático quando detectado presença de objeto que causará colisão. - Ajuste de altura mínimo: 730mm a 1070mm Diante da especificação solicitada e levando em consideração que temos variações em relação a altura da almofada a qual atendemos em 80mm, perguntamos se será aceita uma mesa da Getinge que possua altura máxima de 1050mm sem a almofada, visto que 20mm é praticamente imperceptível durante o uso da mesma e que este ponto limita a participação de diversos fabricantes em questão. Resposta: Será aceito equipamento com a altura máxima de 1050mm uma vez que esta variação não impactará na utilização do produto. Este valor é válido para qualquer fornecer porém restrito ao item "ajuste de altura mesa". -Trendelemburg mínimo: • Normal: - 30° Será aceito uma inclinação de 25° em posição normal, uma vez que a podemos atingir uma inclinação de 35° em posição reversa? Resposta: No edital já consta revisão neste item a saber: -Trendelemburg mínimo: • Normal: - 25° • Reverso: + 30° -Com backup hidráulico de movimentos. Será aceito uma mesa que possua sistema opcional de emergência, que permita o destravamento total da mesa de forma manual? Resposta: Será aceito o sistema de emergência proposto. A aceitação de deste sistema é válido para qualquer fornecer porém restrito ao item "backup hidráulico de movimentos". -04 suportes para elevação de perna com alça para calcanhar e fixador. Este tipo de suporte seria um suporte de coxas, bota pneumática ou algo diferente? Poderia explicar melhor o que seria este tipo de fixação para elevação? Resposta: O suporte é fixado ao trilho lateral da mesa. Possui formato reto em L ou curvo assemelhando-se a um sinal de interrogação, com alça na extremidade para prender o calcanhar. Com o uso deste suporte é possível elevar a perna do paciente de forma reta, em relação ao tronco.

VOLTAR