



Home

Sala/Modalidades

Editais e Processos

Editais Arquivados

Atas e Documentos

Recursos

Esclarecimentos

Impugnações

Apenados / Impedidos

Contratações - PNCP

Banco de Preços

[← CONSULTAR ESCLARECIMENTO](#)**Solicitação respondida** **Nome do Usuário**
Aurelio Carmona
Kalaes**Participante**
GETINGE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS
LTDA.**Solicitação**

Solicitação criada às 12:15 em 06/05/2025, última edição às 10:03 em 07/05/2025

Boa tarde. Solicitamos os seguintes esclarecimentos: A cúpula deverá possuir todos os Led's em cor única; O foco cirúrgico da Getinge possui LEDs brancos quentes e LED brancos Frios para temperatura de cor ajustável e LEDs brancos quentes para temperatura de cor fixa em 4200K. Apesar de solicitar cúpula com LEDs em cor única o descritivo solicita que seja possível o ajuste da temperatura de cor pelo painel de controle. Por gentileza esclarecer as necessidades, temperatura de cor fixa ou ajustável e se fixa, por favor confirmar se serão aceitos equipamentos com a temperatura fixa em 4200K. Possuir pelo menos 02 alças laterais de posicionamento; Gostaríamos de solicitar um esclarecimento técnico quanto a esse requisito. O equipamento que propomos possui uma única alça de posicionamento frontal e ergonômica, localizada na parte inferior central do foco cirúrgico. Essa alça permite ajuste preciso e seguro da posição do foco em todas as direções, atendendo plenamente à funcionalidade esperada durante os procedimentos cirúrgicos. Dessa forma, entendemos que o objetivo principal do requisito é garantir facilidade e segurança no manuseio do foco por parte da equipe cirúrgica — o que é plenamente assegurado pela solução proposta, ainda que com apenas uma alça. Solicitamos, portanto, a gentileza de confirmar se o edital permitirá equipamentos com uma alça de posicionamento, desde que esta atenda plenamente aos critérios de ergonomia e funcionalidade descritos acima. Deve permitir ajustar o tamanho do campo de iluminação gerada pelos led's entre 30% e 100% sem variação da cor; Favor esclarecer essa solicitação, não ficou claro o que seria essa faixa de 30% e 100%. Iluminação mínima: 160.000 Lux/cúpula com a mesma quantidade de Led's por cúpula; Entendemos que neste ponto o correto seria solicitar "Iluminação máxima: 160.000 Lux/cúpula com a mesma quantidade de Led's por cúpula;) Favor confirmar. Diâmetro do campo a um metro de distância: 20 a 28 cm Gostaríamos de solicitar um esclarecimento técnico quanto a esse requisito. O equipamento que propomos possui diâmetro de campo ajustável de 20cm até 25cm. Solicitamos, portanto, a gentileza de confirmar se o edital permitirá equipamentos com essa característica.

Nome do Usuário
Rafael Miranda da Silva**Participante**
Fundação Zerbini**Resposta**

Resposta criada às 10:03 em 07/05/2025

A cúpula deverá possuir todos os Led's em cor única; O foco cirúrgico da Getinge possui LEDs brancos quentes e LED brancos Frios para temperatura de cor ajustável e LEDs brancos quentes para temperatura de cor fixa em 4200K. Apesar de solicitar cúpula com LEDs em cor única o descritivo solicita que seja possível o ajuste da temperatura de cor pelo painel de controle. Por gentileza esclarecer as necessidades, temperatura de cor fixa ou ajustável e se fixa, por favor confirmar se serão aceitos equipamentos com a temperatura fixa em 4200K. Resposta: A temperatura deve ser ajustável em pelo menos 4 níveis que poderá variar entre 3.500K a 6.000K. Possuir pelo menos 02 alças laterais de posicionamento; Gostaríamos de solicitar um esclarecimento técnico quanto a esse requisito. O equipamento que propomos possui uma única alça de posicionamento frontal e ergonômica, localizada na parte inferior central do foco cirúrgico. Essa alça permite ajuste preciso e seguro da posição do foco em todas as direções, atendendo plenamente à funcionalidade esperada durante os procedimentos cirúrgicos. Dessa forma, entendemos que o objetivo principal do requisito é garantir facilidade e segurança no manuseio do foco por parte da equipe cirúrgica — o que é plenamente assegurado pela solução proposta, ainda que com apenas uma alça. Solicitamos, portanto, a gentileza de confirmar se o edital permitirá equipamentos com uma alça de posicionamento, desde que esta atenda plenamente aos critérios de ergonomia e funcionalidade descritos acima. Resposta: Se o equipamento proposto com 01 alça possuir a ergonomia necessária para movimentar a cúpula em todas as posições solicitadas em edital, serão aceitos os equipamentos com esta característica. Deve permitir ajustar o tamanho do campo de iluminação gerada pelos led's

[Home](#)[Sala/Modalidades](#)[Editais e Processos](#)[Editais Arquivados](#)[Atas e Documentos](#)[Recursos](#)[Esclarecimentos](#)[Impugnações](#)[Apenados / Impedidos](#)[Contratações - PNCP](#)[Banco de Preços](#)

ponto o correto seria solicitar "Iluminação máxima: 160.000 Lux/cúpula com a mesma quantidade de Led's por cúpula;) Favor confirmar. Resposta: Em sua iluminação máxima, ou seja, em 100% do campo e intensidade de iluminação, a cúpula deverá atingir pelo menos 160.000Lux. Diâmetro do campo a um metro de distância: 20 a 28 cm Gostaríamos de solicitar um esclarecimento técnico quanto a esse requisito. O equipamento que propomos possui diâmetro de campo ajustável de 20cm até 25cm. Solicitamos, portanto, a gentileza de confirmar se o edital permitirá equipamentos com essa característica. Resposta: A um metro de distância da cavidade, é necessário um campo entre 20 a 28cm. Entendemos que o proposto atende o solicitado no edital. Equipe Técnica InCor. 07/05/2025

[VOLTAR](#)