

[Home](#)[Sala/Modalidades](#)[Editais e Processos](#)[Editais Encerrados/Arquivados](#)[Atas e Documentos](#)[Recursos](#)[Relatórios](#)[Esclarecimentos](#)[Impugnações](#)[Apenados / Impedidos](#)[Contratações - PNCP](#)[Dados de Mercado](#)

## ← CONSULTAR ESCLARECIMENTO

### Solicitação respondida

**Nome do Usuário****Eloisa Pelegrini****Participante****RC Moveis e Equipamentos Hospitalares LTDA**

### Solicitação

Solicitação criada às 12:20 em 24/10/2025, última edição às 08:19 em 06/11/2025

Sou da empresa RC Móveis e gostaria de solicitar esclarecimento referente ao item 1- MACA DE TRANSPORTE AVANÇADA DE PACIENTE ,no edital consta: "Altura variável da maca aproximada: Da superfície de repouso em relação ao chão deverá ter entre 55 cm a 60 cm (altura mais baixa) e entre 80 cm a 90 cm (altura mais alta), propiciando fácil acesso ao paciente", neste caso , como o edital informa dimensões aproximadas, serão aceitas as seguintes dimensões: altura min. e max. 0,65 a 0,95m ?? Outra questão seria em relação a "Bandeja auxiliar integrada", neste caso a bandeja será utilizada pelo paciente ou profissional da saúde ?

**Nome do Usuário****Rafael Miranda da Silva****Participante****Fundação Zerbini**

### Resposta

Resposta criada às 08:19 em 06/11/2025

Respondendo as questões: 1) Atender as dimensões das especificações, ou seja: ·Altura variável da maca aproximada: Da superfície de repouso em relação ao chão deverá ter entre 55 cm a 60 cm (altura mais baixa) e entre 80 cm a 90 cm (altura mais alta), propiciando fácil acesso ao paciente; 2) A bandeja será utilizada por ambos.

[VOLTAR](#)