

[Home](#)[Sala/Modalidades](#)[Editais e Processos](#)[Editais Encerrados/Arquivados](#)[Atas e Documentos](#)[Recursos](#)[Relatórios](#)[Esclarecimentos](#)[Impugnações](#)[Apenados / Impedidos](#)[Contratações - PNCP](#)[Dados de Mercado](#)

← CONSULTAR ESCLARECIMENTO

Solicitação respondida

Nome do Usuário

**Cristiano Mendes
Brega**

Participante

**CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MÉDICOS
S.A.**

Solicitação

Solicitação criada às 17:26 em 07/11/2025, última edição às 15:51 em 10/11/2025

À FUNDAÇÃO ZERBINI INSTITUTO DO CORAÇÃO DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO A/C IL. PREGOEIRO E COMISSÃO DE LICITAÇÃO Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO FZ N° 053/2025 PROCESSO N° 38392/2025 CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MÉDICOS S.A., empresa inscrita no CNPJ sob o nº. 05.209.279/0001-31, com Inscrição Estadual sob o nº. 774.162-77, com sede na Rua Bela, nº. 852, bairro de São Cristóvão, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20.930-380, doravante simplesmente “CONFIANCE”, vem, tempestivamente e respeitosamente, com fundamento no art. 164, da Lei Federal N.º 14.133/2021, solicitar ESCLARECIMENTOS, conforme anexo.

Documentos da Solicitação

DOCUMENTOS

[Pedido de Esclarecimento_Fundação Zerbini.pdf](#)

Nome do Usuário

Rafael Miranda da Silva

Participante

Fundação Zerbini

Resposta

Resposta criada às 15:51 em 10/11/2025

Resposta: Esclarecemos que o sistema deve possuir a tecnologia de fluorescência (ICG), inclusive nos componentes que compõem o sistema. A solução fornecida deve ser completa com a presença da tecnologia em todos os dispositivos para que a mesma funcione corretamente. Solicitamos ao licitante seguir incluir em sua proposta o sistema de fluorescência (ICG) como uma solução completa. Equipe Técnica InCor. 10/11/2025

[VOLTAR](#)