



Home

Sala/Modalidades

Editais e Processos

Editais Encerrados/Arquivados

Atas e Documentos

Recursos

Relatórios

Esclarecimentos

Impugnações

Apenados / Impedidos

Contratações - PNCP

Dados de Mercado

← **CONSULTAR ESCLARECIMENTO**

Solicitação respondida

Nome do Usuário

Rafael Rocha Monteiro

Participante

Stryker do Brasil LTDA.

Solicitação

Solicitação criada às 16:12 em 07/11/2025, última edição às 14:30 em 11/11/2025

Boa tarde a todos. Segue pedido de esclarecimento ref.: PE 053/2025 - Empresa Stryker.

Documentos da Solicitação

DOCUMENTOS

Esclarecimento - PE 53 2025 FUNDAÇÃO
ZERBINI.pdf



Nome do Usuário

Rafael Miranda da Silva

Participante

Fundação Zerbini

Resposta

Resposta criada às 14:30 em 11/11/2025

RESPOSTAS: 3.1 Resposta: Poderá ser ofertado equipamento que armazene os arquivos na processadora, porém os comandos para iniciar, pausar e encerrar as gravações de fotos e vídeos devem também estar presentes na câmera. 3.2 Resposta: Poderá ser ofertada a fonte de luz com vida útil de 45.000 horas. Esse item é válido para qualquer fornecedor. 3.3 Resposta: Este item não é passível de alteração pois reduz o objeto a ser licitado. Solicitamos ao licitante seguir conforme edital. 3.3.1 Resposta: Poderá ser ofertado insuflador com ajuste de 0,1 litros/min até 2 Litros e acima deste valor, ajuste de 1 litro/min. Esse item é válido para qualquer fornecedor. 3.4 Resposta: Este item não é passível de alteração pois reduz o objeto a ser licitado. Solicitamos ao licitante seguir conforme edital. 3.4.1 Resposta: Este item não é passível de alteração pois reduz o objeto a ser licitado. Solicitamos ao licitante seguir conforme edital. 3.5 Resposta: Poderá ser ofertado endoscópio rígido com variação de tamanho de até 1%. Esse item é válido para qualquer fornecedor. DEMO Resposta: Este item não é passível de alteração pois tratando-se de venda local o prazo á razoavel para a entrega. Solicitamos ao licitante seguir conforme edital. 3.6 Resposta: Este item não trata de peças e sim de entrega do objeto incompatível com o edital. Na ocorrência de entrega de material não conforme com o objeto licitado, a substituição deve ser imediata. Solicitamos ao licitante seguir conforme edital. 3.7 Resposta: Na ocorrência de entrega de material não conforme com o objeto licitado, inclusive durante realização de testes clínicos, se constatado dentro de 30 dias da entrega, a empresa será notificada para constatar o item não conforme e proceder com a troca do mesmo. Solicitamos ao licitante seguir conforme edital. Equipe técnica InCor.

VOLTAR