

Assunto: Fwd: Fwd: Resposta pedido de esclarecimentos Fleximed - PE 064/2025
De: Rafael Miranda <rafael.miranda@incor.usp.br>
Data: 05/02/2026, 07:08
Para: William Salomão <ws@newflexi.com.br>

Bom dia Willian,

Segue resposta quanto ao pedido de esclarecimento enviado através da Plataforma.

Att;



Rafael de Miranda da Silva | Comprador / Importação
Setor de Compras - Incor - Instituto do Coração - HCFMUSP
rafael.miranda@hc.fm.usp.br
Tel.: (11) 2661-5700 - email : rafael.miranda@incor.usp.br
www.hc.fm.usp.br



----- Mensagem encaminhada -----

Assunto: Fwd: Resposta pedido de esclarecimentos Fleximed - PE 064/2025
Data: Wed, 4 Feb 2026 16:38:02 -0300
De: Cicero Marcelio <cicero.marcelio@hc.fm.usp.br>
Para: Rafael Miranda <rafael.miranda@incor.usp.br>, <comprasfz@incor.usp.br>
<comprasfz@incor.usp.br>

Rafael, segue reposta ao pedido de esclarecimentos da empresa Fleximed.

Prezados, Em análise ao Termo de Referência, o item "3. Controles ajustáveis pelo operador (faixas e/ou valores mínimos)" solicita "Frequência respiratória de 2 a 100 respirações por minuto". Equipamentos de padrão ouro mundial para transporte e terapia intensiva, amplamente utilizados em grandes centros, operam com frequência respiratória mandatória máxima de 80 rpm. Considerando que: Relevância Clínica: Em modos ventilatórios convencionais de transporte, frequências acima de 60-80 rpm não possuem aplicabilidade prática rotineira, mesmo em neonatologia - desconsiderando o caso específico de ventilação de alta frequência. Competitividade: A exigência de "até 100 rpm" restringe a participação de tecnologias de ponta consolidadas, favorecendo especificações de nicho sem trazer ganho terapêutico real para a finalidade do equipamento. Poderão ser aceitos equipamentos que atendam a faixa clínica usual de 1 a 80 rpm, garantindo assim a ampla competitividade e o acesso a tecnologias de referência mundial? Atenciosamente, William Salomão Fleximed Com. e Serv. de Prod. Med. Hosp. Ltda.

Resposta: O texto foi alterado para 5 a 80 rpm e será atualizado na próxima publicação.

--



Cicero Marcelo F. da Silva I Diretor de Unidade
Instituto do Coração - InCor - Engenharia Clínica

cicero.marcelio@hc.fm.usp.br
Tel.: (11)2661-5362 (11)2661-5231
www.hc.fm.usp.br

