

- Home
- Sala/Modalidades
- Editais e Processos
- Editais Encerrados/Arquivados
- Atas e Documentos
- Recursos
- Relatórios
- Esclarecimentos
- Impugnações
- Apenados / Impedidos
- Contratações - PNCP
- Dados de Mercado

<

CONSULTAR ESCLARECIMENTO

Solicitação respondida

Nome do Usuário

Participante

JOSE CURSINO FERREIRA

BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPAÇÕES LTDA

Solicitação

Solicitação criada às 12:19 em 11/03/2026, última edição às 08:30 em 12/03/2026

Prezados, boa tarde. Segue tempestivamente solicitação de esclarecimento.

Documentos da Solicitação

DOCUMENTOS

46372 - Solicitação de Esclarecimento 01 (1).pdf

Nome do Usuário

Participante

Rafael Miranda da Silva

Fundação Zerbini

Resposta

Resposta criada às 08:30 em 12/03/2026

Questionamento 1 Espelho para pontos de vídeo No descritivo técnico das estativas consta a exigência de “espelho para disponibilidade de pontos de vídeo de acordo com as necessidades do hospital”. Diante disso, solicitamos esclarecer se o hospital possui algum padrão específico de espelho/conexão de vídeo previamente definido (por exemplo: HDMI, DVI, SDI, VGA ou outro padrão), ou se essa definição será realizada posteriormente, conforme necessidade da instituição. Resposta: Utilizaremos conexões HDMI e DVI, porém se houver necessidade específica poderemos incluir outro padrão de conexão em mommento oportuno 2 Alcance dos braços da estativa Consta no descritivo técnico a exigência de alcance total dos braços de 1022 mm, medidos do eixo da ancoragem até o eixo central. Nesse sentido, solicitamos esclarecer se o referido valor de 1022 mm deve ser considerado como medida exata, valor mínimo exigido, ou valor máximo permitido para atendimento da especificação técnica. Resposta: Considerar valor exato. Equipe Técnica InCor 11/03/2026

VOLTAR