

[← CONSULTAR ESCLARECIMENTO](#)

Solicitação respondida

Nome do Usuário
**Aurelio Carmona
Kalaes**

Participante
GETINGE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS
LTDA.

Solicitação

Solicitação criada às 18:02 em 10/03/2026, última edição às 08:28 em 12/03/2026

Boa tarde. Após análise do edital, solicitamos os seguintes esclarecimentos: 1. Possuir controle de freio adicional, permitindo freiar apenas o braço superior; Considerando que os equipamentos ofertados possuem um braço bi-articulado por equipamento, em conformidade com as especificações estabelecidas no edital, entendemos que não se faz necessário o uso de freio adicional para braços superiores. Ressaltamos que todos os equipamentos atenderão integralmente ao sistema de freios previsto no edital. Por gentileza, poderia confirmar se será aceito? 2. edital solicita: 8.2.3 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - A documentação relativa à Qualificação Técnica consistirá em: a) Comprovação de aptidão para desempenho. será aceito atestados que comprovam fornecimento e instalação de foco cirurgico por serem objetos semelhantes, principalmente na instalação: 3. prazo de entrega 120 dias. Será aceito pedido de prorrogação de entrega para 150 dias? 4.. “Deverão ser fornecidos, juntamente com a proposta de preços, os desenhos em projeção da configuração ofertada, bem como o diagrama de instalação no teto, com suas conexões e especificações elétricas e de gases medicinais.” Serão encaminhados agora nesta fase preliminar ao pregão, o DWG das salas para que possamos elaborar a proposta, dimensionar custos de instalação? 3. “O suporte no teto para ancoragem será fornecido pelo InCor seguindo as especificações de dimensões de carga informados no material técnico. Solicitamos informar as alturas da sala e entre forro, a estrutura será fixada na laje? Na instalação caso houver fluxo laminar e ar condicionado no mesmo sentido da instalação das estativas, a responsabilidade de move-los serão da instituição? A instalação será realizada em todas as salas de uma vez ou serão faseadas? A instituição poderá receber todas as estativas de uma vez e a licitante vencedora seguirá com cronograma de instalação?

Nome do Usuário

Rafael Miranda da Silva

Participante
Fundação Zerbini

Resposta

Resposta criada às 08:28 em 12/03/2026

1. Possuir controle de freio adicional, permitindo freiar apenas o braço superior; Considerando que os equipamentos ofertados possuem um braço bi-articulado por equipamento, em conformidade com as especificações estabelecidas no edital, entendemos que não se faz necessário o uso de freio adicional para braços superiores. Ressaltamos que todos os equipamentos atenderão integralmente ao sistema de freios previsto no edital. Por gentileza, poderia confirmar se será aceito? Resposta: Deverá ser fornecido o acionamento adicional para frenagem somente do braço superior.

2. edital solicita: 8.2.3 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - A documentação relativa à Qualificação Técnica consistirá em: a) Comprovação de aptidão para desempenho. será aceito atestados que comprovam fornecimento e instalação de foco cirurgico por serem objetos semelhantes, principalmente na instalação? Resposta: Sim, serão aceitos.


3. prazo de entrega 120 dias. Será aceito pedido de prorrogação de entrega para 150 dias? Resposta: Sim, já foi publicada errata neste trecho. Considerar prazo de entrega de 150 dias.

4.. “Deverão ser fornecidos, juntamente com a proposta de preços, os desenhos em projeção da configuração ofertada, bem como o diagrama de instalação no teto, com suas conexões e especificações elétricas e de gases medicinais.” Serão encaminhados agora nesta fase preliminar ao pregão, o DWG das salas para que possamos elaborar a proposta, dimensionar custos de instalação? 3. “O suporte no teto para ancoragem será fornecido pelo InCor seguindo as especificações de dimensões de carga informados no material técnico. Solicitamos informar as alturas da sala e entre forro, a estrutura será fixada na laje? Na instalação caso houver fluxo laminar e ar condicionado no mesmo sentido da instalação das estativas, a responsabilidade de move-los serão da instituição? A instalação será realizada em todas as salas de uma vez ou serão faseadas? A instituição poderá receber todas as estativas de uma vez e a licitante vencedora seguirá com cronograma de instalação? Resposta: A instituição receberá todos os equipamentos em lote único para permitir prestação de contas junto ao ministério da saúde. Após a entrega, a instalação

Dados de Mercado

mínima da sala, capacidade de carga que a laje deverá suportar, além das especificações elétricas, gases medicinais e outras informações que a licitante julgue necessário. Equipe Técnica InCor

11/03/2026

VOLTAR

Serviço exclusivo da Bolsa Brasileira de Mercadorias - BBM